

Malang, 03 September 2025

Nomor : 822/I-PNJ/DIR/IX/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Pembelian Part Alat Medis, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pemeriksaan teknisi ATEM IPSRS ditemukan kegagalan fungsi pada alat medis yaitu part alat medis Hand Pieces dari part Pacho merk Laureate tipe Alcon serial number 1801965901X di unit IKO poli mata, dengan hasil kegagalan fungsi salah satunya yaitu performa alat dan sensitifitas alat berkurang, maka kami mengajukan pembelian baru Hand Pieces Pacho pada pihak ke-3.

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. Kabid Umum dan Keuangan
3. Kains IKO
4. Ka Ins IPSRS



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 30 / 08 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : ICU Mata

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Phaco (Hand piece)	Kode Inventaris	-
		Merk	Alcon
		Type	Laureate
		Nomor Seri	1801365901 X
		Warna	-
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 30 / 08 / 2025 2.	
Spare part yang rusak	Handpiece	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	Handpiece saat digunakan mode quad. vacuum tdk bekerja. muncul notif "handpiece freeplaw"

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
				
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

