

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 843/I-PNJ/DIR/IX/2025  
: -  
: Pengajuan Perbaikan dan Penggantian Sparepart Dental Unit Poli Gigi 2,  
Pihak ke -3



Kepada Yth  
**dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE**  
**Direktur PT. Disa Prima Medika**  
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penambahan praktek dokter perawatan gigi, maka akan menambah layanan kinerja alat medis dental unit. Dental unit poli gigi 2 sudah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan oleh internal im IPSRS bahwa dental poli gigi 2 tersebut (tidak layak) untuk digunakan dalam melayani pasien, karena performa alat berkurang dan terdapat kerusakan pada part – part alat tersebut, yang berisiko terjadi IKP pada pasien, sehingga saran dari tim IPSRS mengajukan perbaikan dan penggantian part pada pihak ke 3, yaitu CV. Yuri Dental Care, adapun part part yang harus diperbaiki dan diganti meliputi :

| NO. | NAMA PART                                                                                             | GAMBAR                                                                               | KETERANGAN            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | a) Penggantian 2 tombol yang mengalami kerusakan.<br>b) Pembuatan stiker untuk tombol control dental. |  | Rusak / Perlu Diganti |
| 2.  | a) Penggantian 3 tombol control dental.<br>b) Penggantian stiker tombol control dental.               |  | Rusak / Perlu Diganti |
| 3.  | Lampu baca tidak berfungsi.                                                                           |  | Rusak / Perlu Diganti |



|    |                                                                                       |                                                                                      |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4. | Penggantian 4 kabel control (karena kabel aus, korosif, kaku, isolator pecah – pecah) |    | Rusak / Perlu Diganti |
| 5. | a) Perbaikan body / chasing tempat botol.<br>b) Penggantian dudukan botol dental.     |   | Rusak / Perlu Diganti |
| 6. | Penggantian setting angin tombol dengan setting pressure pneumatic.                   |  | Rusak / Perlu Diganti |
| 7. | a) Heater tidak berfungsi.<br>b) Soket untuk selang heater pecah.                     |  | Rusak / Perlu Diganti |

|    |                      |                                                                                     |                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8. | Penambahan watertank |  | Penambahan Baru |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
 PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

- Tembusan :
1. PLT Kabid Pelayanan Medis
  2. Kabid Umum dan Keuangan
  3. Ka Ins Instalasi Rawat Jalan
  4. Ka Ins IPSRS