



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  
NO : 846/I-PNJ/IPSR/IX/2025

|                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tanggal                                                | 13 September 2025                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| Pengajuan Dari Unit*                                   | IPSR                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| Alasan Pengajuan                                       | Penggantian Part Lampu Ambulance (Rusak)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| I.DATA BARANG DAN SUPLIER                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| 1.                                                     | No                                                 | Nama Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah                                                            |
|                                                        | 1.                                                 | Potensio On Off 5 pin 10k Drat Kaki 5 Volume Radio 103                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 pcs                                                             |
| 2.                                                     | Fungsi alat**<br>(fungsi di isi sesuai nomor alat) | Sebagai pengatur nilai hambatan variabel dalam sebuah rangkaian elektronik, yang kemudian digunakan untuk mengatur volume suara, mengontrol kecerahan lampu, membagi tegangan, atau sebagai sensor posisi pada berbagai aplikasi seperti joystick atau pengatur sudut.                                                                    |                                                                   |
| 3.                                                     | Penempatan alat**                                  | Ambulance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 4.                                                     | Merk/Tipe**                                        | Potensio On Off 5 pin 10k Drat Kaki 5 Volume Radio 103                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| 5.                                                     | Spesifikasi**                                      | Potensio On Off 5 pin 10k Drat Kaki 5 Volume Radio 103<br>Spesifikasi :<br>1. Potensio Radio 5 pin 10k Drat<br>2. Dimensi body<br>a) Tinggi : 31mm<br>b) Lebar : 17mm<br>c) Panjang : 17mm<br>d) Diameter drat : 7mm<br>e) Tinggi drat : 5mm<br>3. Tiang besi<br>a) Tinggi : 15mm<br>b) Diameter : 6mm<br>c) Kaki 5 pin<br>d) Ukuran B10k |                                                                   |
| Yang Mengajukan<br>Ka IPSRS<br><br>Moch Arifin         |                                                    | PLT Kabid Pelayanan<br>Medis<br><br>Puput Sekar Nari<br>Ratih, AMd, Keb                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kabid Umum dan<br>Keuangan<br><br>dr. Endy Wira<br>Pradana, M.MRS |
| PLT Direktur RS<br><br>dr. Resti Lestiantini,<br>M.Kes |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |

\*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

\*\* Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap

**LAMPIRAN FOTO**

Potensio On Off 5 pin 10k Drat Kaki 5 Volume Radio 103





## FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 12 / 09 / 2025  
Tanggal Penarikan Alat : .....  
Unit : IPSRS

Perihal \*) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

| No | Nama Barang              | Identitas Barang |                                            |
|----|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Potensio Campu Ambulance | Kode Inventaris  | -                                          |
|    |                          | Merk             | Potensio                                   |
|    |                          | Type             | Potensio on off 3 pin 100 Watt 5 Vdc 1000g |
|    |                          | Nomor Seri       | -                                          |
|    |                          | Warna            | Perunggu / Hitam                           |
|    |                          | Lain - lain      | -                                          |

| Perbaikan             |                                                                       | Analisa Kerusakan dan Rekomendasi                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal / Jam         | 1. 12 / 09 / 2025<br>2. 12.00                                         | Potensio Campu Ambulance rusak, tidak bisa dipin baik, saran order baru 5 pcs dan untuk stok |
| Spare part yang rusak | Potensio                                                              |                                                                                              |
| Human eror            | <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak |                                                                                              |

Lampiran \*) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

| Melaporkan, | Memeriksa,     | Mengetahui, |         |                               |
|-------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
|             |                |             |         |                               |
| (Ka. Unit)  | (Petugas Alat) | (Ka. IPSRS) | (Kabid) | (Ka. Gudang Umum/<br>Farmasi) |

\*) Pilih (✓) salah satu.



