

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SARANA PENYIMPANAN VAKSIN (RANTAI DINGIN)		
	No. Dokumen 552.167/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Rantai dingin (<i>cold chain</i>) merupakan suatu sistem yang terdiri dari rangkaian penyimpanan dan pengangkutan yang di desain agar vaksin berada dalam suhu yang tepat yakni 2°C – 8°C sampai vaksin tersebut di injeksi kepada pasien.		
Tujuan	Sebagai acuan untuk menjaga stabilitas vaksin dan memaksimalkan efektifitas vaksin.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi		
Prosedur	1. Pengaturan Kamar Dingin (<i>Cold Room</i>) a. Tempat penyimpanan vaksin (<i>Ice-lined vaccine refrigerator</i>) memiliki suhu bagian dalamnya antara +2°C sampai +8°C . Kamar dingin harus di operasikan secara terus menerus selama 24 jam dengan listrik dan suhu bagian dalam harus selalu terjaga. b. Pasang <i>sollatek voltage stabilizer (SVS)</i> yang selalu siap untuk beroperasi bila listrik padam. c. Letakkan termometer digital (<i>Log tag</i>) di tempat penyimpanan vaksin yang dapat mencatat suhu secara otomatis selama 24 jam dan alarm yang akan berbunyi pada suhu dibawah 2°C atau pada suhu diatas 8°C atau pada saat power lisitrik padam. d. Letakkan alat pemantau suhu beku (<i>Freeze tag</i>) yang harus diletakan pada bagian dalam kamar dingin untuk mengetahui bila terjadi penurunan suhu dibawah 0°C. e. Letakkan termometer muller analog di tempat penyimpanan vaksin untuk memantau suhu antara 2°C - 8°C. 2. Pemantauan Kamar Dingin (<i>Cool Room</i>) a. Lakukan pemeriksaan pada suhu termometer setiap hari pagi dan sore. Bila terjadi penyimpangan suhu segera dilaporkan kepada atasan. b. Petugas yang tidak berkepentingan tidak di ijinakan memasuki kamar dingin bila tidak perlu. c. Membuka kamar dingin tidak boleh terlalu lama. d. Jangan membuat <i>cool pack</i> bersama vaksin di dalam kamar dingin. Pembuatan <i>cool pack</i> harus menggunakan <i>Ice-lined vaccine refrigerator</i> tersendiri. e. Jangan membuat <i>cold pack</i> bersama vaksin di dalam kamar		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SARANA PENYIMPANAN VAKSIN (RANTAI DINGIN)		
	No. Dokumen 552.167/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	dingin. Pembuatan <i>cold pack</i> harus menggunakan <i>freezer</i> tersendiri. 3. <i>Ice-Lined Vaccine Refrigerator</i> a. Merupakan tempat penyimpanan vaksin dengan suhu yang ditentukan dapat juga difungsikan untuk membuat kotak dingin cair (<i>cool pack</i>) dengan suhu +2°C sampai +8°C. b. <i>Ice-Lined Vaccine Refrigerator</i> harus terstandarisasi Standar Nasional (SNI) dan <i>Product Information Sheet</i> (PIS)/ <i>Performance Quality and Safety</i> (PQS) dari WHO. 4. Alat Pembawa Vaksin & Alat Untuk Mempertahankan Suhu Alat pembawa Vaksin harus terstandarisasi SNI dan PIS/PQS WHO. a. <i>Cold box</i> adalah suatu alat untuk menyimpan sementara dan membawa vaksin. Kapasitas <i>cold box</i> yang dimiliki 8,5 liter terbuat dari CFC-Free Polyurethane. Volume bersih untuk penyimpanan vaksin adalah 50% dari total volume. b. Kotak dingin beku (<i>cold pack</i>) adalah wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air yang dibekukan dalam <i>freezer</i> dengan suhu -15°C sampai -25°C selama minimal 24 jam c. Kotak dingin cair (<i>cool pack</i>) adalah wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air kemudian didinginkan dalam <i>Ice-Lined Vaccine Refrigerator</i> dengan suhu +2°C sampai +8°C selama minimal 12 jam (dekat evaporator). 5. Pemeliharaan Harian Sarana Peralatan <i>Cold Chain</i> a. Lakukan pengecekan suhu menggunakan termometer analog atau alat pemantau suhu digital setiap pagi dan sore, termasuk hari libur. b. Periksa apakah terjadi bunga es dan memeriksa ketebalan bunga es. Apabila bunga es lebih dari 0,5 cm lakukan defrosting (pencairan bunga es). c. Periksa apakah terdapat cairan pada dasar lemari es. Apabila terdapat cairan harus segera dibersihkan atau dibuang. d. Lakukan pencatatan langsung setelah pengecekan suhu pada termometer analog atau pemantau suhu digital di form monitoring suhu pada link https://drive.google.com/drive/folders/1W46QWr3N4ItlBrT8X3420kWqGUSSN4Q setiap pagi dan sore. 6. Uji Kerapatan Pintu <i>Vaccine Refrigerator</i> a. Periksa kerapatan pintu dengan menggunakan selebar kertas. b. Bila kertas sulit ditarik berarti karet pintu masih baik, sebaliknya bila kertas mudah ditarik berarti karet sudah mengeras atau kaku. c. Olesi karet pintu dengan bedak agar kembali lentur.		
Unit Terkait	1. Gudang Farmasi 2. Penanggung Jawab Vaksinasi		