



LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Kehilangan <i>Implant</i> Dan Screw Bedah Syaraf
2	Unit Kerja	IKO, CSSD dan Gudang Farmasi
3	Nama staff	Yurike Devita RD
4	Tanggal Kejadian	11 September 2025
5	Temuan kejadian atas	Kehilangan <i>Implant</i> Dan Screw Bedah Syaraf
6	Kerugian	Jumlah stok yg tidak sesuai
7	Barang Bukti	

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

Tanggal	Kronologi	Bukti	UNIT
25 Agustus 2025	- Petugas gudang farmasi menerima implan dari distributor PT. Cakra Jaya Medika yaitu Self Drilling Screw 1,6 X 4 mm = 10 pcs; Straight Plate 2 Holes 12 mm = 5 pcs - Petugas gudang menelpon perawat IKO untuk mengambil implan ke gudang farmasi dilakukan serah terima implan (tidak ada pencatatan serah terima). - Sisa stok implan cakra di IKO : Self Drilling Screw 1,6 X 4 mm = 15 pcs Straight Plate 2 Holes 12 mm = 8 pcs		Farmasi
11 September 2025	Operasi pasien dr fachriy Sp. Bs a/n M Ardiansyah tgl 11/09/2025 jam 17:00 dg Dx Skull Defect Tx Cranioplasty. Tim asisten operator (Anita), asisten anastesi (Rendhi), instrument (Yurike), onloop (Hendra) Jumlah before <i>implant</i> +screw 8 plate 15 screw.		IKO
16 September 2025	- Petugas gudang menanyakan stok implan cakra di grup konsinyasi untuk operasi digunakan pada hari senin, 22 September 2025. - PJ implan cakra (Anita) menjawab stoknya ada.		Farmasi



19 September 2025	Yang digunakan pasien operasi sebelumnya (an M. Ardiansyah Widiyanto) 4 <i>implant</i> + 8 screw Seharusnya sisa 4 <i>implant</i> + 7 screw After pemakaian tidak difoto Foto hari jum'at saat pengecekan akan dilakukan utk ops berikutnya (senin 22/09/25) Total KEHILANGAN 2 IMPLANT + 6 SCREW		IKO
19 September 2025	1. IKO memberikan info jika implan untuk operasi hari senin, 22 September 2025 stoknya tidak mencukupi karena terdapat kehilangan implan. 2. Diduga <i>implant</i> hilang ketika selesai operasi pada hari sebelumnya ketika diserahkan ke CSSD oleh IKO (sterilisasi setelah operasi)		Farmasi

II. HASIL TELUSUR

1. Petugas gudang farmasi telah melakukan serah terima *implant* bedah syaraf dari Distributor Cakra kepada IKO pada tanggal 25 Agustus.
2. Pada tgl 16 September PIPP melakukan order *implant* yang dibutuhkan untuk operasi bedah saraf ke Gudang Farmasi.
3. Kemudian petugas Gudang Farmasi melakukan konfirmasi di grup terkait stok *implant* apakah mencukupi. Petugas IKO menjawab bahwa stok *implant* mencukupi.
4. Tanggal 22 September 2025 setelah pelaksanaan operasi pada petugas IKO Hendra **tidak melakukan foto *implant* after operasi (yang berfungsi untuk serah terima ke CSSD)**
5. Petugas IKO Yurike **tidak memastikan tutup box tertutup rapat** ketika mengantarkan ke CSSD (dikarenakan *Box implant* Bedah Syaraf berbeda dengan box lainnya untuk cara menutupnya) di taruh di box penyeteran instrument bersih dan Di CSSD diterima oleh petugas fitri **tanpa ada serah terima sesuai dengan SOP**.
6. Pada BOX instrument bersih terdapat banyak sisa alat bersih yang tidak terpakai dan juga linen bersih tidak terpakai.
7. Karena tidak ada operan khusus dari petugas IKO, maka petugas CSSD fitri tidak mendahulukan/memprioritaskan *box implant* tersebut
8. Petugas CSSD Fitri melakukan pencucian instrument kotornya sesuai SOP selain membawa instrument bersih juga membawa instrument kotor
9. Sesuai SOP petugas CSSD memprioritaskan instrument kotor daripada instrument bersih (karena instrument bersih tidak perlu di prioritaskan)
10. Setelah semua instrument di cuci dan bersih, petugas CSSD mulai pengesetan instrument bersihnya (*implant* tidak terprioritaskan karena bersih)
11. Setelah semua bersih dan siap untuk di steril instrument IKO, Petugas CSSD mulai penanganan *Box implant* (karena ada alat yang mau di masukkan ke *box implant*)
12. Petugas CSSD Fitri mencuci dan meletakkan obeng kembali ke *box implant* tsb.
13. Petugas CSSD jumlah tidak melakukan pengecekan isi *implant* dan screw, langsung melakukan penutupan box screw. (*Box implant* tidak bisa di tutup) dan kemudian **diletakkan didekat komputer CSSD tanpa di pouches**.
14. Petugas CSSD Fitri tidak melakukan operan dengan petugas CSSD Lola berikutnya sehingga *box implant* tetap didepan komputer.
15. Keesokan harinya Petugas CSSD non shift taufan datang dan melihat *box implant* tidak tertutup dan melakukan penutupan (tanpa melihat jumlah isi) dan melakukan pensterilan.
16. Setelah sterilisasi alat tidak diserahkan ke Gudang farmasi oleh CSSD sehingga tidak ada serah terima dan petugas Gudang farmasi tidak melakukan control stock *implant* yang ada di CSSD sesuai SPO (**dari awal khusus *implant* Cakra setelah dilakukan sterilisasi ditaruh di IKO**).
17. Gudang farmasi menanyakan ke IKO terkait dengan stock *implant* bedah syaraf dikarenakan *Box implant* bedah saraf tidak ada di Gudang farmasi



18. Petugas IKO Anita membuka Box dan mengecek jumlah stock *implant* dan screw dengan catatan SIMRS terdapat selisih 6 screw dan 2 *Implant* (yang ada di Box screw 1 *Implant* 2) seharusnya yang ada di dalam BOX screw 7 dan *implant* 4 dan konfirmasi ke petugas IKO yurike
19. Petugas IKO Yurike dan Karu IKO Dyah memastikan kepada petugas CSSD fitri terkait jumlah *implant* yg tersisa saat petugas CSSD memasukkan obeng tersebut dan petugas CSSD fitri menjawab jumlah **screw tersisa 5** didalam box.
20. Keesokan harinya ketika disampaikan petugas IKO anita ke Karu CSSD Taufan jawaban petugas CSSD fitri berubah dan bilang sisa **1 screw**.
21. Kemudian petugas IKO anita menyampaikan masalah ini ke gudang yg seharusnya mengecek kembali untuk kontrol stock setelah digunakan sehingga tidak sampai berhari hari tidak di CSSD. Setelah itu gudang farmasi menyampaikan masalah ini ke SPI.

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Tidak dilakukannya serah terima alat yang diserahkan kepada unit lain sesuai dengan alur dan SOP yang menyebabkan tidak sesuai barang yang diterima dan tidak diketahui saat proses serah.

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Implan yang hilang harus digantikan karena merupakan barang konsinyasi.

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Eksternal

1. Melakukan penggantian untuk *implant* dan screw yang telah hilang oleh unit terkait

Internal

1. Unit CSSD

- a) Mendisiplinkan untuk setiap pergantian shift wajib dilakukan operan dengan alat – alat yang telah dan belum dilakukan sterilisasi
- b) Ditingkatkan terkait dengan komunikasi dan konfirmasi antar teman dan antar unit
- c) Melakukan sesuai dengan SPO yang ada (apabila tidak sesuai dengan keadaan sekarang dilakukan review SPO)

2. Unit IKO

- a) Selalu melakukan crosscek barang yang diserahkan terimakan
- b) Saat menyerahkan ke CSSD tidak mencampur instrument dan *implant* yang berbeda dalam 1 tempat karena berpotensi hilang dan tertukar
- c) Saat penyerahan dilakukan serah terima secara benar dengan menyebutkan barang yang diserahkan serat apabila ada instruksi – instruksi khusus terutama pada box *implant*
- d) Selalu melakukan croscek dan mengirimkan foto alat *implant* pada grup sebelum dan sesudah melakukan operasi sebagai tanda terima
- e) Menyetorkan LPO ke farmasi setelah melakukan operasi

3. Gudang Farmasi

- a) Selalu melakukan crosscek barang yang diserahkan terimakan
- b) Farmasi melakukan permintaan pembelian berdasarkan LPO dari perawat IKO
- c) Seluruh *implant* wajib disimpan di Gudang farmasi

Malang, 02 Oktober 2025

Yang Melaporkan,	Diketahui Oleh,	
	Satuan Pengawas Internal	SDM RS
Apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm	 Nur Rizkiah Amalia	 Susan Rahmawati, S.Sos
Disetujui, PLT Direktur RS Prima Husada Malang		
 dr. Resti Lestantini, M.Kes, M.MRS		