

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN ALAT RACIK		
	No. Dokumen 585.8/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 05	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Pembersihan alat racik merupakan proses membersihkan peralatan yang digunakan untuk meracik obat seperti mortir, stemper, dan sendok, serta blender tablet.		
Tujuan	Sebagai acuan membersihkan peralatan yang digunakan untuk meracik obat.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi		
Prosedur	1. Siapkan peralatan yang digunakan untuk meracik. 2. Bersihkan alat racik dengan kapas yang diberi alkohol 70%, tunggu hingga kering selama 1 menit. 3. Lakukan kegiatan peracikan sesuai SPO Peracikan Puyer/ Kapsul. 4. Bersihkan alat racik dengan kapas beralkohol. 5. Cuci dengan akhir mengalir di setiap akhir shift. 6. Letakkan alat peracikan di tempat bersih.		
Unit Terkait	1. Depo Farmasi		