



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 937/I-PNJ/IRJA/X/2025

Tanggal	15 Oktober 2025		
Pengajuan Dari Unit*	Poli Gigi		
Alasan Pengajuan	Penggantian Alat dan Back up		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Citoject	2
	2.	Handpiece Highspeed	2
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Dentica Dental Syringes/Citoject adalah alat suntik dental yang dirancang khusus untuk memberikan injeksi anestesi lokal dengan presisi dan kenyamanan maksimal. 2. high-speed dental handpiece memiliki kecepatan rotasi yang lebih tinggi dan kinerja yang baik dalam situasi perawatan yang berbeda.	
3.	Penempatan alat**	Poli Gigi	
4.	Merk/Tipe**	1. Citoject Merk : Medessy 2. Handpiece Highspeed Merk : Pana-Max Type : NSK	
	Spesifikasi**	1. Citoject Merk : Medessy 2. Handpiece Highspeed Merk : Pana-Max Type : NSK Spesifikasi : - Push Button - 4 Hole - Head : Standart Head - Body Material : Stainless	
Yang Mengajukan Ka. Poli IRJA		PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis	Kepala Bidang Umum dan Keuangan
			
Ns. Fadila Ayu Setyani, S.Kep		Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	drg. Endy Wira Pradana, MMRS
PLT Direktur Rumah Sakit			
			
dr. Resti Lestiantini, M.Kes			
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Citoject



Handpiece Highspeed



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 15/10/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Poli Gigi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Handpiece High speed	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain – lain	NSK

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 15/10/2025 2. 10.00 WIB	Bagian pengunci tdk berfungsi alat bur sering lepas saat dipakai maka bila diperlukan order 2 unit.
Spare part yang rusak	: pengunci	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
(<u>[Signature]</u>)	(<u>[Signature]</u>)	(<u>[Signature]</u>)	(<u>[Signature]</u>)	(<u>[Signature]</u>)
Ka. Unit IRY	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasi	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

Banjaran Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,
Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 15 / 10 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Poli Gigi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Citogect	Kode Inventaris	:
		Merk	: Patwal
		Type	: -
		Nomor Seri	: -
		Warna	: biru
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 15 / 10 / 2025 2. 10.00 WIB	alat mudah berkarat, penekan rusak, tidak bisa diperbaiki order 2 unit
Spare part yang rusak	: Citogect	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit RJA	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Gumuk dan Gigi	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



