



FORM KELUHAN ALAT KESEHATAN SUBSTANDAR

Pada hari ini Rabu 19 november 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

- Very Susanto, S.Kep.,Ns
- Wiwit Indah Yanti, A.Md.Kep

1. Unit :

- IGD
- Rawat Inap

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan alat kesehatan :

No	Nama Barang	Merk	Hasil Penggunaan
1	Polyflex IV Cannula no. 20	Polymed	IGD : IV cannula darah menerembes pangkal infus Ruang Irna 4 A : 1. Jarum kurang singset/ tumpul 2. Jika mau di pasangkan ke pasien kurang sret dan kencang sehingga pasien kesakitan
Tanggapan PLT Kabid Pelayanan Medis :			
1. Silahkan dikomunikasikan dengan distributor, karena beberapa kali pemakaian berpotensi tidak safety ke pasien dan ada komplain dari unit 2. Komunikasi dengan pengadaan PT			

Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon ditindaklanjuti. Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 19 November 2025

User Pengguna

Very Susanto, S.Kep.,Ns

User Pengguna

Wiwit Indah Yanti, A.Md.Kep

Mengetahui,

Kepala Bidang Pelayanan Medis

Puput Sekar N. R., A.Md.,Keb.

Kepala Instalasi Farmasi

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Menyetujui,

PLT Direktur RS Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M.Kes



DOKUMENTASI

