




PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 1052/I-PNJ/IPSRs/XII/2025

Tanggal	03 Desember 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs			
Alasan Pengajuan	1. Penggantian selang pembuangan dental unit poli gigi 2. 2. Penggantian bor bedah plastik (IKO) yang rusak. 3. Penambahan katrol barang di gudang farmasi.			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Selang Pembuangan Air Mesin Cuci SHARP 1 Tabung Front Loading Buka-an Depan.	1 roll (3 meter)	
	2.	Mikayo Fore-dom RH475-10 Bor Gantung / Hanging Drill / Mesin Bor Gantung CC 30 Tuner Batu Cincin Tunner CC30 Fore-dom.	1 unit	
	3.	Alat Derek Elektrik Electric Hoist Reel Double Hook 300kg Takel Katrol Listrik PA-300.	1 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Mengalirkan air kotor dari dalam mesin keluar ke saluran pembuangan. 2. Instrumen medis presisi yang digunakan dalam berbagai prosedur bedah, termasuk bedah plastik, untuk membuat lubang atau memodifikasi tulang. 3. Mempermudah pengangkatan beban berat dengan cara mengubah arah gaya atau mengurangi gaya yang dibutuhkan.		
3.	Penempatan alat**	1. Dental Unit Poli Gigi 2 ✓ 2. IKO ✓ 3. Gudang Farmasi ✓		
4.	Merk/Tipe**	1. Selang Pembuangan Air Mesin Cuci SHARP 1 Tabung Front Loading Buka-an Depan. 2. Mikayo Fore-dom RH475-10 Bor Gantung / Hanging Drill / Mesin Bor Gantung CC 30 Tuner Batu Cincin Tunner CC30 Fore-dom 3. Alat Derek Elektrik Electric Hoist Reel Double Hook 300kg Takel Katrol Listrik PA-300.		
5.	Spesifikasi**	1. Selang Pembuangan Air Mesin Cuci SHARP 1 Tabung Front Loading Buka-an Depan. 2. Mikayo Fore-dom RH475-10 Bor Gantung / Hanging Drill / Mesin Bor Gantung CC 30 Tuner Batu Cincin Tunner CC30 Fore-dom. 3. Alat Derek Elektrik Electric Hoist Reel Double Hook 300kg Takel Katrol Listrik PA-300 Spesifikasi a) Model: PA300 b) Berat: 12KG c) Tegangan: 220V d) Daya: 650W e) Panjang kabel daya: 2.7m f) Panjang tali kawat: 12m g) Mengangkat Berat 150KG / Kait tunggal h) Mengangkat Berat 300KG / Kait ganda		
Yang Mengajukan Ka IPSRS		Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum
 Moch Arifin		 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Dwi Novianti, Amd. AK. S. Kes	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
PLT Direktur RS				
 dr. Resti Lestiantini, M.Kes				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				



TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Selang Pembuangan Air Mesin Cuci SHARP 1 Tabung Front Loading Bukan Depan.

SHARP SELANG PEMBUNGAN MESIN CUCI 1 TABUNG FRONT LOADING



Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/1384336089/29516886954?d_id=aecc1&uls_trackid=54ba0br301ac&utm_content=DggQWoPGYDPtU364nVW1SHoPtB1

Mikayo Foredom RH475-10 Bor Gantung / Hanging Drill / Mesin Bor Gantung CC 30 Tuner Batu Cincin Tunner CC30 Foredom

FOREDOM TUNNER MESIN BOR GANTUNG



RH475-10



Link Pembelian

<https://h5.lazada.co.id/products/bor-gantung-hanging-drill-mesin-bor-gantung-cc-30-tuner-batu-cincin-tunner-cc30-foredom-i7161950453.html>



Alat Derek Elektrik Electric Hoist Reel Double Hook 300kg Takel Katrol Listrik PA-300.



Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/601856917/21971982389?d_id=aecc1&uls_trackid=54bhlnqo00ac&utm_content=DggQWoPL85h1HQj6vsM7SPAoVwM

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 01/12/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPM

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Selang pembuangan Dental Unit Polibig. 2	Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	- Selang pembuangan dental unit - Abu - Abu -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 01/12/2025 2. 12.00 wib	Selang pembuangan dental unit rusak tidak bisa diperbaiki, saran order baru
Spare part yang rusak	Selang pembuangan	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Ka. Unit IPM)	 (Petugas Alat IPM)	 (Ka. IPSRS)	 (Kabid umum dan Operasional)	 (Ka. Gudang Umum/ Farmasi)

*) Pilih (✓) salah satu.



2025/12/02 10:10

FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 3 / 12 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IKO

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Bor bedah plastik.	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	 : : : : : : :

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 03 / 12 / 2025 2.	bagian pengunci bor patah bagian dalam dan sudah aus tidak bisa dipukuli dalam order baru
Spare part yang rusak	: bor. gantung.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Jini Hadigan)	 (Salma Cita P.)	 (Ka. IPSRS)	 (Ka. Gudang Umum/ Farmasi)
Ka. Unit IKO	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Khusus

*) Pilih (✓) salah satu.

