


PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 1141/I-PNJ/IPSRs/XII/2025

Tanggal		16 Desember 2025		
Pengajuan Dari Unit*		IPSRs		
Alasan Pengajuan		Pengajuan Sparepart Part Jet Cleaner (Switch Otomatis)		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat		Jumlah
	1.	Saklar Otomatis Switch Otomatis Jet Cleaner Saklar Micro Switch		1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk mengontrol hidup-mati pompa secara otomatis berdasarkan aliran atau tekanan air, mencegah pompa bekerja tanpa aliran (mencegah dry run), menghemat listrik, serta memberikan kemudahan penggunaan dan keamanan, di mana saklar ini akan memutus arus listrik saat trigger semprotan dilepas (tidak ada tekanan/aliran) dan menyambung kembali saat ditekan.		
3.	Penempatan alat**	IPSRs		
4.	Merk/Tipe**	Saklar Otomatis Switch Otomatis Jet Cleaner Saklar Micro Switch		
5.	Spesifikasi**	Saklar Otomatis Switch Otomatis Jet Cleaner Saklar Micro Switch		
Yang Mengajukan Ka IPSRS		Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum
 Moch Arifin		 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Dwi Novianti, AMd. AK. S. Kes	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA dr. Resti Lestiantini, M.Kes				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Saklar Otomatis Switch Otomatis Jet Cleaner Saklar Micro Switch



Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/742953533/23246435245?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTlxTFVS VVRrdENkWWp3RFo3Mkw5czd4Z0hzdEF1WVFibUxYbFVrbkloYW16UWhlQ2dLcURHK2JBc2x MZVdaMVNCNElvYzM0U1VmVGFETzhUOHFVRTJCaVITR1IXU1ExQmR3S1NUMXQ0RzArUX JnUHhOOExrUS9KK1lpUGZwbmlZUkVmWldqM1Zwc1l3PT0&gad_source=1&gad_campaignid=2 3199775580&gbraid=0AAAAADPPu8305pXx67r7LpEcDm55JcCg8&qclid=Cj0KCQiAgP JBhD-ARIsANpEMxzYlvr2xjrjGZUuxH10HDyDvp0ZtroYViZ-QLgH3zUv0Vb0A2TOb24aAt8XEALw_wcB