




FORM KOMUNIKASI

No.		
Perihal	Penggunaan Stiker Indikator Steril di CSSD	
Tgl	Isi Komunikasi	TTD
13/01/2026	1. Ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pemantauan sterilitas alat di unit CSSD. 2. Stiker indikator eksternal (warna hijau) pada mesin sterilisasi besar (mimmert) tidak mengalami perubahan warna setelah proses sterilisasi, berbeda dengan stiker pada mesin autoclave kecil yang berubah warna sesuai standar (menjadi hitam). (Sejak Juli 2025). 3. Stiker indikator steril yang digunakan sebelumnya (warna biru) sudah tidak diproduksi oleh vendor dan Kepala ruang CSSD sudah memintakan stiker indikator yang bisa berfungsi untuk alat mimmert pada vendor tersebut namun masih belum ada yang bisa sesuai. 4. Selain itu indikator steril internal telah habis selama kurang lebih satu bulan dan belum tersedia pengganti yang sesuai juga. Hal ini menyebabkan proses pemastian tercapainya parameter suhu, uap, dan waktu di bagian terdalam kemasan tidak dapat diverifikasi. 5. Kondisi ini dinilai tidak memenuhi standar CSSD serta berpotensi menurunkan jaminan sterilitas alat, mutu pelayanan dan keselamatan pasien sehingga perlunya untuk dilakukan pengadaan stiker indikator eksternal dan kertas indikator internal yang dapat berfungsi pada alat mimmert maupun autoclave.	 Dwi Novianti, AMd. AK, S. Kes  Sherly Rosita, S. Kep. Ns  Ahmad Taufan, AMd. Kep  dr. Resti Lestantini, M. Kes