

Malang, 27 Januari 2026

Nomor : 050/I-PNJ/DIR/I/2026
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Strecher Dragbar Dewasa IGD, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp, DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tim IPSRS terkait dragbar IGD bahwa terdapat kerusakan 1 unit dragbar (1 pcs roda yang rusak 1 unit) pada strecher dragbar dewasa merk GEA type YQC-2R AKL 10903901964, yang tidak bisa diperbaiki tim interal IPSRS, maka kami mengajukan perbaikan pada pihak ke-3 yaitu CV. Karya Medika (Form Kerusakan terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaiki, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IGD
5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 26/01/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPIM

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Stretcher Dragbar IGD	Kode Inventaris	-
		Merk	SEA
		Type	YAC-2R
		Nomor Seri	AKL 10903001969
		Warna	Biru Putih
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 26/01/2026 2. 10:00 WIB	Salah satu roda bed rusak, perlu diganti baru, diupayakan penggantian roda ke pihak ke-3. CV Karya Medika Surabaya
Spare part yang rusak	: Roda	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Ka. Unit IPIM)	 (Petugas Alat ATEM IPIM)	 (Ka. IPSRS)	 (Kabid)	 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)
Ka. Unit IPIM	Petugas Alat ATEM IPIM	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasional	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

