




PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 036/I-PNJ/IPSR/II/2026

Tanggal	22 Januari 2026			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Penggantian Kabel ECG Yonker (IGD)			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	ECG Cable Patient Monitor	2	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Sebagai penghubung instrument ke elektroda permukaan tubuh untuk mengirimkan sinyal elektrofisiologis manusia		
3.	Penempatan alat**	IGD		
4.	Merk/Tipe**	YONKER / E12		
5.	Spesifikasi**	1. Name: ecg cable 2. Model : E12		
Yang Mengajukan Ka IPSRS	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum	PLT Direktur RS
 Moch Arifin	 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Dwi Novianti, Amd. AK. S. Kes	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Resti Lestiantini, M.Kes
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA Apakah barang bisa dipertahankan merk yonker ? ya Arifin				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Cable ECG Patient Monitor Yonker





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 22 / 1 / 2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IGD dan ICU

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	ECG Cable	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	Yonker E-12 Biru / Abu-abu -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 22 / 01 / 2026 2. 12.00 WIB	kabel tak dapat mendeteksi sinyal jantung.
Spare part yang rusak	: ECG cable	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
(.....) Ka. Unit IGD	(.....) Petugas Alat Elektromedis	(.....) Ka. IPSRS	(.....) Kabid Pelayanan Medis
			(.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

