



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 042/I-PNJ/IPSRS/I/2026

Tanggal	24 Januari 2026			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS			
Alasan Pengajuan	Penggantian NIBP Hose Patient Monitor (ICU)			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	NIBP*Hose Patient Monitor	2	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Sebagai sambungan selang NIBP ke Patient Monitor		
3.	Penempatan alat**	ICU		
4.	Merk/Tipe**	Yonker/E12		
5.	Spesifikasi**	NIBP Hose Patient Monitor 1. Name: NIBP Hose 2. Brand: Yonker 3. Type : E12 4. S/N : 2,02104061004054 5. S/N : 2,02104061004091		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS		PLT Kabid Yanmed	PLT Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan
				
Moch Arifin		Puput Sekar Nari Ratih, A.Md.Keb	Dwi Novianti, Amd. AK. S.Kes	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
PLT Direktur RS				
				
dr. Resti Lestiantini, M.Kes				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Kabel NIBP Hose Patient Monitor Yonker





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 24 / 1 / 2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : ICU

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Patient Monitor Selang NIBP Flow	Kode Inventaris	-
		Merk	Yonker
		Type	E/12
		Nomor Seri	-
		Warna	Abu ~
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 24 / 01 / 2026 2. 10.00 WIB	NIBP Hose rusak, sudah rapuh.
Spare part yang rusak	NIBP Hose	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Moh. Amin) Ka. Unit P.I.U.	 (Salma Bita P.) Petugas Alat	 (Anwar Arifin) Ka. IPSRS	 (Ruzat Haini) Kabid Pelayanan Medis	 (Xenny) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

