

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN PERALATAN RADIOLOGI		
	No. Dokumen 552.35/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Yang dimaksud dengan pemeliharaan peralatan yang ada di ruang Instalasi Radiologi adalah tata cara memelihara peralatan/ alat-alat elektro medis yang dipergunakan bagi pelayanan Instalasi Radiologi misalnya CT-Scan,pesawat <i>sinar X</i> , pesawat <i>mobile X-ray</i> unit, pesawat USG dan sebagainya		
Tujuan	1. Sebagai acuan pemeliharaan peralatan radiologi 2. Agar peralatan radiologi dapat digunakan pada saat diperlukan 3. Agar kuantitas maupun kualitas <i>sinar X</i> yang dikeluarkan sesuai dengan kV dan mA yang ditunjukkan pada panel control dan keawetan pesawat X-ray dapat terjaga		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 552.35/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	1. Perhatikanlah kebersihan dan selalu laporkan bila terjadi ketidakberesan pada pesawat rontgen 2. Usulkan untuk <i>service</i> alat radiologi secara periodic 3. Pastikan bahwa alat radiologi selalu dalam kondisi siap pakai		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		