

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENARIKAN ALAT RADIOLOGI		
	No. Dokumen 552.38/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Recall adalah upaya untuk menarik kembali peralatan /fasilitas yang dinyatakan kurang aman atau dikhawatirkan memiliki potensi yang menyebabkan kecelakaan bagi pasien maupun petugas.		
Tujuan	Melindung pasien atau petugas dari bahaya yang disesbabkan oleh penggunaan alat radiologi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau kemanfaatan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 552.38/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	Langkah penarikan kembali peralatan/fasilitas yang tidak aman meliputi: 1. Peralatan yang cacat produksi 2. Peralatan yang tidak lulus uji kalibrasi 3. Peralatan yang dikirim tidak sesuai spesifikasi alat Prosedur Penarikan kembali dilakukan oleh : 1. IPSRS melapor ke direktur 2. Direktur membuat surat kepada distributor agar peralatan ditarik dan diganti dengan yang baru dan aman.		
Unit Terkait	Radologi		