

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN FOTO POLOS ABDOMEN ANTERIOR POSTERIOR (AP)		
	No. Dokumen 552.50/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Teknik pemeriksaan radiografi dengan menggunakan sinar-X untuk mendapatkan gambaran radiograf abdomen AP		
Tujuan	Sebagai acuan pemeriksaan foto polos abdomen AP Sebagai pemeriksaan rontgen untuk mengetahui suatu kelainan pada daerah abdomen		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552.50/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	- Persiapan pasien - Ucapkan salam, perkenalkan diri dan lakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan data pemeriksaan foto dengan identitas pasien - Berikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan - Instruksikan kepada pasien untuk melepas benda-benda dari bahan logam, plastik dan benda-benda lain yang dapat menimbulkan artefak - Persiapan lingkungan - Jaga privasi pasien - Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman - Pelaksanaan - Berikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang pemeriksaan yang akan dilakukan - Lakukan cuci tangan sesuai dengan SPO sebelum melakukan pemeriksaan foto - Posisikan pasien tiduran diatas meja pemeriksaan dengan posisi kedua kaki lurus dan kedua tangan lurus di samping tubuh - Posisikan obyek dengan MSP tubuh tepat pada garis tengah meja pemeriksaan - Atur dan pastikan abdomen true AP - Atur batas atas kaset setinggi processus xiphoideus dan batas bawah simphisis pubis - Pastikan tidak ada rotasi atau pergerakan pada obyek - Arah sinar vertikal tegak lurus terhadap kaset - Titik bidik pada umbilikus/ setinggi vertebrae lumbal 3-4 - FFD (film fokus distance) 100 cm - Kolimasi sesuai dengan obyek yang di periksa - Atur kondisi pemotretan - lakukan ekspose foto saat pasien ekspirasi penuh dan tahan nafas - lakukan cuci tangan sesuai dengan SPO setelah melakukan pemeriksaan foto		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		