

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT MEDIS AMBULANCEEN AWAL PASIEN GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 319.28/I-SPO/IGD/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 04 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merawat dan memperbaiki peralatan medis yang digunakan dalam ambulan agar fungsi-fungsi alat-alat tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai peruntukannya.		
Tujuan	1. Untuk memperpanjang usia peralatan. 2. Untuk menjamin tersedianya alat medis yang optimal di dalam ambulance. 3. Untuk menjamin kesiapan peralatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 4. Untuk menjamin keselamatan petugas pengguna alat dan pasien.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Nomor : 571.86/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien 2. Peraturan Direktur Nomor : 319.30/I-PDM/IGD/IV/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
Alat-Alat Medis	1. Tensimeter 2. Stetoscope 3. Pulse Oxymetri 4. Ambubag Dewasa 5. Ambubag Anak 6. Ambubag Neonatus 7. Jacksoon Rees Dewasa 8. Jacksoon Rees Anak 9. NRBM Dewasa 10. NRBM Anak 11. Simple Mask Dewasa 12. Simple Mask Anak 13. Nassal Canule Dewasa 14. Nassal Cannule Anak 15. Nassal Cannule Neonatus		
Obat Emergency	1. Aminophylline 10 mL 2. Amiodaron 3 mL 3. Aspilet		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT MEDIS AMBULANCEEN AWAL PASIEN GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 319.28/I-SPO/IGD/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	4. Atropine Sulfat 1 mL 5. Clopidogrel 6. Dexametason 5 mL 7. Indop 5 mL 8. Epinefrin 5 mL 9. Infus d%% 10. Infus NS 0,9% 11. Lidocaine 2% 2 mL 12. Natrium Phenytoin 2 mL 13. Valisanbe injeksi 2 mL 14. Handscoon 15. Infuset makro 16. IV canul 20 17. IV canul 22 18. Spuit 10 cc 19. Spuit 5 cc 20. Spuit 3 cc 21. Spuit 1 cc		
Prosedur	1. Pendamping rujukan mengecek kesiapan alat-alat yang ada di ambulance. 2. Pendamping rujukan melakukan serah terima alat di IGD. 3. Karu/PJ Shift IGD, mengecek kembali apakah alat sudah lengkap sesuai dengan checklist. 4. Menulis di buku serah terima alat yang ada di IGD dan TTD oleh pendamping rujukan yang menggunakan serta perawat IGD. 5. Pendamping perujuk mengambil box emergency yang ada di IGD di Troli Emergency yang bertulis (Box Emergency Ambulance). 6. Mengecek kelengkapan ulang oleh perawat IGD dan lakukan TTD ulang oleh kedua perawat. 7. Jika alat digunakan, lakukan penyeterilan di CSSD. Setelah selesai, alat diambil oleh perawat unit dan lakukan serah terima pengembalian alat ke driver.		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Instalasi Rawat Inap (IRNA) 3. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) 4. Maternitas dan Perinatologi 5. Instalasi Kamar Operasi (IKO) 6. Driver Ambulance		