

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN INFANT WARMER		
	No. Dokumen 337.26/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 9 April 2025	Ditetapkan oleh: Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	1. Pembersihan adalah proses menghilangkan material/partikel (terlihat secara fisik) yang meliputi debu, kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya, termasuk menghilangkan sejumlah besar mikroorganisme untuk mengurangi risiko bagi siapapun yang menyentuh kulit atau yang memegang benda tersebut. 2. Pelaksana adalah perawat/bidan	
Tujuan	1. Mempertahankan alat tetap berfungsi dengan baik 2. Terpeliharanya kebersihan alat infant warmer 3. Mengurangi risiko penyebaran infeksi melalui alat kesehatan	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	1. Siapkan alat yang diperlukan, meliputi : a. Klorin 0.5 % / Alcohol 70 % b. Lap kering yang bersih c. Ember/baskom plastik 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan 3. Gunakan sarung tangan bersih,short dan masker 4. Bersihkan bila terlihat kotor / sesudah digunakan / secara rutin. 5. Membersihkan infant warmer menggunakan lap yang dibasahi larutan klorin 0,5% dengan: a. Lap bagian kasur dan cuci perlak setiap 1 minggu sekali b. Bersihkan seluruh bagian infan warmer mulai dari atas sampai bagian bawah infant marmer menggunakan larutan klorin 0,5%	
Unit Terkait	1. Maternitas 2. Perinatologi 3. IKO	