





LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Kegagalan fungsi alat medis Phaco IKO (Poli Mata)
2	Unit Kerja	Poli Mata
3	Nama staff	Winda Lestari, S.Kep Ners
4	Tanggal Kejadian	Kamis, 05 maret 2026
5	Temuan kejadian atas	Laporan kegagalan fungsi alat saat digunakan tindakan (operasi).
6	Kerugian	Alat tidak bisa digunakan (saat tindakan).
7	Barang Bukti	

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

TANGGAL	KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
Kamis 06 maret 2026	Alat pacho saat akan digunakan untuk tindakan mengalami kegagalan fungsi / trouble,sehingga alat tidak bisa digunakan saat tindakan / operasi mata. RS tidak mempunyai back up alat / cadangan.	

II. HASIL TELUSUR

Sudah dilakukan pengecekan oleh ATEM IPSRS (internal), bahwa alat tersebut mengalami kegagalan fungsi dan dilakukan pengecekan dengan hasil alat tetap tidak dapat berfungsi dengan normal. Status alat discontinue

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

Pada hari Kamis, 5 Maret 2026 dokter mata melakukan tindakan operasi sebanyak 6 pasien katarak, saat jam 13.34 dan saat pasien kedua terjadi mati lampu tapi mesin masih bisa beroperasi. 10 menit kemudian mati lampu kedua, mesin tidak bisa digunakan dengan status error cassette barcode tidak bisa terbaca oleh sensor, sudah dilakukan penggantian cassette sebanyak 2x tetap tidak terdeteksi dan kemudian muncul Error 142 (Error Fluidics system).

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Alat tidak bisa digunakan (saat tindakan).
--

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Eksternal 1. Pengajuan pengecekan / perbaikan ke pihak ke – 3. (Sudah dilakukan pengecekan via online dengan menghubungi teknisi dari pihak alcon menyatakan bersedia untuk melakukan pengecekan onsite tapi tidak menjamin sparepart alat tersedia dikarenakan status discontinue, karena



kemungkinan Analisa pertama kerusakan ada di bagian sensor)

Internal

1. Sudah dilakukan pengecekan oleh ATEM IPSRS (internal), hasil masih tetap tidak berubah.

Malang, 6 Maret 2026

Yang Melaporkan,		Diketahui Oleh,	
Pelaksana ATEM IPSRS		Plt Kepala Bidang Pelayanan Medis,	Kepala Bagian Umum
			
Salma Gita Pramesti, AMd.T		Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
Disetujui, PLT Direktus RS Prima Husada Malang			
			
dr. Resti Lestiantini, M.Kes			