

Malang, 09 Maret 2026

Nomor : 134/I-PNJ/DIR/III/2026
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Strecher Dragbar Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rusaknya strechcer dragbar IGD, sehingga mengganggu kenyamanan pemakaian maka kami mengajukan perbaikan bursak kepada pihak ke-3 yaitu CV. Karya Medika (Form Kerusakan Terlampir)

No.	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Kete
1.	Bed Strechcer Dragbar	1	GEA/YQC2R	Hidrolis Rusak

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IGD
5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI



Gambar 1. Strecher Dragbar IGD

FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 09/03/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : (P12)

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Dragbar 15D	Kode Inventaris	-
		Merk	SEA
		Type	stretcher pasien
		Nomor Seri	-
		Warna	putih
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 09/03/2026 2. 12.00 wib	Hidrois rusak dan bocor, sudah dilek, akan diperbaiki pihak ke-3
Spare part yang rusak	hidrois	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit (P12)	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Umum dan Operasi
			 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

