

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR KOREKSI CEPAT PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	No. Dokumen 129.64/I-SPO/LAB/II/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 28 Februari 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Tindakan koreksi cepat adalah kegiatan yang dilaksanakan bila terjadi kekeliruan/kesalahan/ketidaksesuaian di tiap-tiap hasil pemeriksaan Laboratorium/pelaksanaan kontrol internal		
Tujuan	Mampu memberikan hasil laboratorium yang benar, tepat dan akurat dengan memperkecil terjadinya kesalahan baik yang dilakukan sumber daya manusia maupun peralatan yang digunakan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Kegiatan koreksi cepat dilaksanakan bila terjadi kekeliruan/kesalahan/ketidaksesuaian di tiap-tiap hasil pemeriksaan Laboratorium/pelaksanaan kontrol internal dengan cara mengulang pemeriksaan tersebut dengan <i>special attention</i>. 2. Kegiatan koreksi cepat dilaksanakan semua jenis pemeriksaan Laboratorium 3. Kegiatan koreksi cepat dilaksanakan oleh analis Laboratorium dan dilaporkan kepada PJ shift jaga Laboratorium 4. Apabila didalam kegiatan koreksi cepat terdapat masalah yang tidak dapat di atasi oleh PJ shift jaga Laboratorium, dapat di sampaikan kepada dokter penanggung jawab Laboratorium sehingga dapat di tindak lanjuti.		
Unit Terkait	1. Instalasi Unit Laboratorium 2. ATEM		