

Malang, 12 Maret 2026

Nomor : 147/I-PNJ/DIR/III/2026
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Order Sparepart Alat Medis ke Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pengecekan oleh teknisi ATEM IPSRS ditemukan 1 unit kerusakan kegagalan fungsi alat medis yaitu Syring Pump merk Fresenius Kabi Type SP7 serial number 14000192 unit ICU, maka kami mengajukan maindboard mesin tersebut ke pihak ke 3 yaitu PT. Inti Hasil Sempurna (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Ka Ins ICU
4. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kerusakan Syringe Pump

FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 10 / 03 / 2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPM

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Syringe Kump Freemur Kabi	Kode Inventaris	-
		Merk	Freemur Kabi
		Type	SPF
		Nomor Seri	14000192
		Warna	biru putih
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 10 / 03 / 2026 2. 12.00 WIB	Maind board rusak, saran di gijalan perbaikan ke vendor
Spare part yang rusak	: maind board.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Moch. Haini)	 (Jalsa)	 (Moch. Haini)	 (drg. Endang)	 (Yenny)
Ka. Unit (IPM)	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasi	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

