

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGELOLAAN ALAT & BMHP RE-USE		
	No. Dokumen 170/I-SPO/DIR/III/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 01 Maret 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes
Pengertian	Alat dan BMHP reuse adalah alat kesehatan atau bahan medis habis pakai tertentu yang dapat rekomendasi pabrik dapat di gunakan kembali setelah melalui proses pembersihan, desinfeksi, atau sterilisasi sesuai standar.	
Tujuan	1. Mengatur penggunaan alat reuse yang dapat digunakan kembali untuk keamanan pasien. 2. Menjamin alat yang digunakan kembali telah melalui proses dekontaminasi yang benar.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi.	
Prosedur	1. Lakukan hand hygiene. 2. Gunakan APD sesuai standar (sarung tangan, masker, apron (jika perlu), goggles/faceshield (jika perlu). 3. Pastikan alat/BMHP yang akan digunakan kembali termasuk kategori reuse sesuai kebijakan rumah sakit. 4. Setelah alat digunakan, lakukan pre-cleaning di unit pengguna. 5. Masukkan alat ke dalam kontainer alat kotor tertutup untuk dibawa ke CSSD. 6. Lakukan serah terima alat dengan petugas CSSD dan lakukan pengecekan alat termasuk kelengkapan dan kondisi alat apakah masih layak (tidak berubah bentuk, warna, tidak cacat, tidak rusak). 7. Lakukan proses cleaning menggunakan detergen enzymatic instrumen. 8. Lakukan desinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi sesuai klasifikasi alat (critical, semi critical, non critical). 9. Catat penggunaan re-use yang ke berapa kali dengan cara menulis turus di alat. 10. Lakukan juga pengecekan kondisi alat setelah dilakukan cleaning, apakah masih layak atau tidak. 11. Catat pada form monitoring alat reuse. 12. Lanjutkan proses pengepakan dan labeling jika alat masih layak (masih dapat digunakan sesuai periode maksimal penggunaan alat sesuai pabrik). 13. Alat reuse yang sudah disterilkan disimpan di lemari penyimpanan alat. 14. Alat yang sudah mencapai batas maksimal re-use atau rusak sebelum mencapai batas maksimal re-use disortir dan dibuang serta diinformasikan ke unit untuk menghindari kekosongan stok di unit. 15. Unit dapat melakukan proses amprah alat baru untuk mengganti alat yang sudah rusak.	
Unit Terkait	1. IRNA 2. IRJA 3. IKO 4. ICU 5. IGD	