

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAPORAN NILAI KRITIS HASIL LABORATORIUM		
	No. Dokumen 552.6/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	1. Suatu proses pelaporan hasil laboratorium yang termasuk dalam kriteria nilai kritis kepada dokter penanggung jawab pasien. 2. Nilai kritis hasil laboratorium adalah suatu hasil tes laboratorium yang membutuhkan intervensi klinis segera (disebut juga <i>Automatic Call Back Values</i>).	
Tujuan	1. Sebagai acuan pelaporan nilai kritis laboratorium 2. Segera mengetahui hasil/nilai pemeriksaan laboratorium untuk segera melakukan tindakan / intervensi terhadap pasien dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.	
Kebijakan	Peraturan Direktur No 536/I-PDM/DIR/V/2025 tentang Pedoman pelayanan instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada	
Prosedur	Analisis Laboratorium : 1. Apabila didapatkan hasil yang memenuhi kriteria nilai kritis maka, wajib mengulangi pemeriksaan dengan perhatian khusus (<i>special Attention</i>). 2. Jika hasil pengulangan pemeriksaan tetap masuk daftar nilai kritis laporkan hasil kritis kepada dokter spesialis patologi klinik untuk dikonfirmasi. 3. Laporkan hasil yang memenuhi kriteria nilai kritis kepada dokter penanggung jawab <30 menit, dengan cara menelpon perawat 4. Melaporkan hasil kepada perawat penanggung jawab pasien di ruangan dan dicatat dalam lembar "Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi". 5. Catat hasil nilai kritis di buku laporan nilai kritis dengan format urutan: a) Tanggal pelaporan. b) Nama pasien. c) Nomer RM d) Ruangan. e) Jam didapatkan hasil nilai kritis. f) Jam pelaporan nilai kritis. g) Pelapor nilai kritis(staff laboratorium). h) Penerima laporan (DPJP dan Perawat ruang). 6. Catat hasil pemeriksaan yang memenuhi kriteria nilai kritis.	



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PELAPORAN NILAI KRITIS HASIL LABORATORIUM

No. Dokumen
552.6/I-SPO/LAB/VI/2025

No. Revisi
01

Halaman
2 / 3

Daftar Kriteria Nilai Kritis Laboratorium :

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Kritis	Satuan
1	Hematologi		
	HCT	< 20 atau > 60	%
	HCT Neonatus	< 33 atau > 71	%
	Hemoglobin	< 7 atau > 20	g/dl
	Hemoglobin Neonatus	< 10 atau > 22	g/dl
	Trombosit Dewasa	< 50.000 atau > 1.000.000	$10^3/\text{ul}$
	Trombosit Anak-Anak	< 50.000 atau > 900.000	$10^3/\text{ul}$
	Leukosit	< 2.000 atau > 30.000	$10^3/\text{ul}$
	Penemuan Sel Blast Di Hapusan Darah Tepi	-	-
	Penemuan Sel Asing Di Sumsu Tulang	-	-
2	Faal Hemostatis		
	PPT	> 30	Detik
	APTT	> 80	Detik
	Fibrinogen	< 90 atau > 800	mg/dl
3	Kimia Klinik		
	Troponin I	> 100	ng/dl
	BUN Dewasa	> 100	mg/dl
	BUN Anak-Anak	> 55	mg/dl
	Creatinin Dewasa	> 6,0	mg/dl
	Creatinin Anak-Anak	> 3,8	mg/dl
	Gula Darah Dewasa	< 45 atau > 450	mg/dl
	Gula Darah Neonatus	< 30 atau > 325	mg/dl
	Gula Darah (Cairan Cerebrospinal)	< 40 atau > 200	mg/dl
	Uric Acid	> 13	mg/dl
	Bilirubin Neonatus	> 15	mg/dl
4	Elektrolit		
	Kalsium Total	< 6,5 atau > 13,0	mg/dl
	Kalsium Ion	< 3,2 atau > 6,2	mg/dl
	Klorida	< 75 atau > 125	mmol/

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAPORAN NILAI KRITIS HASIL LABORATORIUM		
	No. Dokumen 552.6/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3

				L
		Kalium Dewasa	< 2,8 atau > 6,2	mmol/L
		Kalium Neonatus	< 28 atau > 78	mmol/L
		Natrium Dewasa	< 120 atau > 160	mmol/L
		Natrium Neonatus	< 121 atau > 158	mmol/L
		Magnesium	< 10 atau > 49	mg/dl
	5	Blood Gas Analysis (BGA)		
		PO2 Dewasa	< 40	mmHg
		PO2 Neonatus	< 40 atau > 100	mmHg
		PCO2 Dewasa	< 20 atau > 70	mmHg
		PCO2 Neonatus	< 20 atau > 63	mmHg
		pH	< 7,2 atau > 7,6	
		Laktat	> 306	mg/dL
		Phospat	< 10 atau > 90	Mg/dL
	6	Urinalisa		
		Penemuan kristal patologis dalam urine		
		Penemuan organisme / parasit dalam CSF, darah atau cairan tubuh steril		
	7	Cairan Cerebrospinal		
		Gula	< 30 atau > 200	md/dL
		Protein	> 190	mg/dL
		Hitung Leukosit	> 30	Cell/uL
	Unit Terkait			
	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium			