

Malang, 24 April 2026

Nomor : 257/I-PNJ/DIR/IV/2026
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Peralatan Medis Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan ditemukan kegagalan fungsi pada alat medis Biometri merk Axis Nano tipe BF serial number 1703 di poli mata dengan hasil bacaan standar deviasi berbeda jauh dengan range perkiraan normal, maka kami mengajukan pengecekan pada pihak ke-3 yaitu PT. Surya Tama Medika (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kabid Pelayanan Medis
2. Kabid Penunjang Medis
3. Kepelaa Bagian Umum
4. Kains IRJA
5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 22/4/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Poli Mata

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Biometri	Kode Inventaris	:
		Merk	: Axis Nano
		Type	: BF
		Nomor Seri	: 1703.0.
		Warna	:
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi	
Tanggal / Jam	: 1. 22/04/2024 2.	hasil biometri range tidak sesuai hasil 3 px selalu sama (26.50) semua hasil nilai kalibrasi std. Dev 102 tinggi, saran di gantikan perbaikan ke pihak ke-3	
Spare part yang rusak	: Probe / hasil biometri		
Human eror	: ☐ Ya ☐ Tidak		

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit	 (salmi Lita P.) Petugas Alat Elektromedis	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Umum	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

