

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN OKSIGEN PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.9/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Prosedur memberikan oksigen tambahan untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi dan mempertahankan saturasi oksigen dalam batas normal		
Tujuan	1. Meningkatkan kadar oksigen dalam darah 2. Mencegah hipoksia 3. Membantu mengurangi kerja napas 4. Mempertahankan saturasi oksigen sesuai target		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025 Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Sumber oksigen/sentral oksigen 2. Flowmeter 3. Humidifier steril berisi aquadest steril 4. Selang oksigen 5. Nasal kanul neonatal atau sungkup bayi 6. Pulse oximeter B. Persiapan Petugas 1. Cuci tangan sesuai prosedur 2. Gunakan APD bila diperlukan 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir) C. Persiapan Pasien 1. Jelaskan tindakan kepada orang tua 2. Posisi bayi nyaman dan jalan napas terbuka 3. Pantau tanda vital awal D. Prosedur Pelaksanaan 1. Hubungkan flowmeter ke sumber oksigen 2. Pasang humidifier dan isi cairan steril sesuai batas 3. Pilih ukuran kanul sesuai bayi 4. Sambungkan selang oksigen ke alat 5. Pasang ujung kanul ke lubang hidung bayi dengan lembut 6. Atur aliran oksigen sesuai instruksi: Umumnya neonatal: 0,5–2 L/menit		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN OKSIGEN PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.9/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	7. Pastikan oksigen mengalir 8. Pantau : a. Saturasi oksigen (SpO₂) b. Frekuensi napas c. Denyut nadi d. Warna kulit/sianosis e. Tanda distress napas f. Respons bayi terhadap terapi 9. Rapikan alat 10. Cuci tangan 6 langkah 11. Dokumentasi Catat: a. Tanggal dan waktu pemasangan b. Jenis alat oksigen c. Besar aliran oksigen d. Nilai SpO₂ sebelum dan sesudah e. Respons bayi f. Tindakan lanjutan bila ada E. Evaluasi & Pemantauan 1. Evaluasi kondisi bayi 2. Lepaskan alat bila terapi selesai sesuai instruksi 3. Hindari aliran oksigen berlebihan 4. Pastikan humidifier berfungsi baik 5. Periksa adanya iritasi pada hidung/telinga 6. Pastikan selang tidak tertekuk 7. Waspada risiko retinopati pada bayi prematur akibat hiperoksia		
Unit Terkait	1. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 2. Perinatologi 3. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 4. Instalasi Rawat Inap (IRNA)		