



LAPORAN EVALUASI KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) ALAT AUTOANALYZER HEMATOLOGI

1. Pendahuluan

Rumah Sakit Prima Husada (RSPH) Malang sebagai rumah sakit dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang prima termasuk didalamnya pelayanan laboratorium klinik. Tuntutan itu dapat dijawab dengan menggunakan alat laboratorium yang otomatis dan terintegrasi. Mahalnya harga alat dan pemeliharaan, *spare part* yang terkadang harus diimport dan cepatnya perubahan teknologi menjadi alasan mengapa pengadaan alat laboratorium otomatisasi dilakukan dengan model kerja sama operasional (KSO) antara RSPH dengan mitra kerja.

Dalam pelaksanaannya masih terjadi kondisi pemeriksaan dirujuk keluar, reagen kosong, alat rusak, yang dapat mengganggu tercapainya tujuan KSO ini yaitu meningkatkan mutu pelayanan laboratorium dan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Tujuan: Untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan KSO pengadaan alat laboratorium otomatisasi di RSPH tahun 2025-2026. Kerja Sama Operasional (KSO) alat kesehatan merupakan bentuk kemitraan strategis antara rumah sakit dengan pihak ketiga dalam penyediaan dan pengelolaan alat kesehatan. Evaluasi ini disusun untuk menilai keberlangsungan KSO dan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait kelanjutan, perbaikan, atau penghentian kerja sama.

2. Dasar Hukum

- Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2018 tentang Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Lain.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2019 tentang KSO Alat Kesehatan

3. Aspek Evaluasi

- Aspek Legal dan Kepatuhan
- Aspek Finansial dan Ekonomi
- Aspek Operasional dan Pelayanan
- Aspek SDM dan Transfer Pengetahuan
- Aspek Mutu dan Keselamatan Pasien
- Aspek Strategis dan Keberlanjutan

4. Metode Evaluasi

- Analisis dokumen kontrak dan laporan operasional.
- Wawancara dengan pihak terkait.
- Observasi lapangan terhadap alat dan alur pelayanan.
- Kesesuaian kesepakatan kontrak.

5. Hasil Evaluasi

No	Aspek Evaluasi	Temuan/Masalah	Risiko	RTL
1	Aspek Legal dan Kepatuhan	• Mekanisme pemenuhan kontrol mutu	• Ketidaksesuaian terhadap standar akreditasi	Perlu addendum kontrak yang mewajibkan: jadwal



		(darah kontrol) tidak berjalan sesuai standar laboratorium klinik. • Vendor tidak memenuhi kewajiban layanan teknis dan dukungan alat (komunikasi teknisi sulit, backup alat tidak tersedia).	laboratorium (KARS/ISO/standar internal mutu). • Potensi temuan audit karena tidak ada jaminan presisi-akurasi pemeriksaan.	kontrol mutu, SLA teknisi, penyediaan backup alat, serta penalti bila tidak terpenuhi.
2	Aspek Finansial dan Ekonomi	• Vendor (Onemed) belum pernah mengirim tagihan kepada PT Disa Corporate. • Utilisasi alat sangat tinggi (100%) sehingga berdampak langsung pada pendapatan laboratorium.	• Potensi masalah administrasi keuangan dan audit karena transaksi tidak tertagihkan/tercatat. • Risiko kerugian RS bila pembayaran KSO tidak terstruktur. • Risiko pembengkakan biaya bila terjadi downtime tanpa backup.	• Segera dilakukan klarifikasi formal dan batas waktu pengiriman invoice. • Jika tidak ada tindak lanjut, pertimbangkan penghentian/renegosiasi KSO.
3	Aspek Operasional dan Pelayanan	• Darah kontrol tidak rutin datang setiap 2 minggu. • Saat datang, bahan kontrol tidak kompatibel sehingga hasil error sistemik >50% parameter. • Belum ada alat backup yang layak pakai. • Reagen umumnya aman, hanya pernah terlambat sekali dan tertangani dengan pinjam reagen dari RSPHS.	• Gangguan operasional laboratorium karena alat adalah backbone pelayanan. • Potensi downtime besar bila alat rusak tanpa backup. • Penurunan kecepatan layanan (TAT pemeriksaan darah rutin).	• Wajib ada alat backup siap pakai. • Buat SLA respon teknisi maksimal (misal 2 jam respon, 24 jam penyelesaian). • Pastikan logistik kontrol dan reagen tercatat dan terjadwal.
4	Aspek SDM dan Transfer Pengetahuan	• Komunikasi dengan teknisi sulit, sering tidak dijawab. • RS sudah berupaya komunikasi dengan pihak vendor (Pak Firman dan Pak Hari), namun belum ada perbaikan.	• SDM laboratorium tidak mendapatkan dukungan troubleshooting yang memadai. • Ketergantungan pada teknisi vendor tinggi tanpa knowledge transfer.	• Vendor wajib memberikan pelatihan refresh (minimal triwulan) dan modul troubleshooting dasar. • Tetapkan PIC teknisi vendor yang wajib standby.
5	Aspek Mutu dan Keselamatan Pasien	• Darah kontrol menggunakan darah pasien sehingga tidak	• Hasil lab berpotensi tidak akurat menyebabkan salah diagnosis/terapi.	• Wajib menggunakan bahan kontrol standar yang kompatibel.



		bisa mengukur presisi dan akurasi. • Error sistemik >50% parameter menandakan hasil pemeriksaan tidak valid. • Tidak ada backup alat bila alat bermasalah.	• Risiko sentinel event (kesalahan transfusi, salah tatalaksana anemia/leukositosis/tr omboositopenia). • Risiko complain pasien dan risiko hukum.	• Pemeriksaan tidak boleh dilanjutkan bila kontrol mutu gagal. • Audit mutu internal dan monitoring error parameter harian.
6	Aspek Strategis dan Keberlanjutan	• Alat merupakan backbone pemeriksaan hematologi dengan utilisasi 100%. • Ketergantungan tinggi pada vendor namun dukungan teknis lemah. • Tidak ada kepastian sistem penagihan KSO.	• KSO tidak sustainable karena mengganggu pelayanan inti rumah sakit. • Potensi gangguan layanan rawat inap, IGD, ICU, OK karena pemeriksaan darah adalah kebutuhan utama.	• renegotiasi kontrak KSO dengan SLA ketat + penalti • mengganti vendor KSO

6. Rekomendasi

- a. Vendor dalam hal ini onemed segera memberi alat backup autoanalyz hematologi mengingat pentingnya alat tersebut di laboratorium
- b. Vendor dalam hal ini onemed segera mencarikan darah kontrol yang compatible (Urit) dengan alat Urit 5160 dan mendistribusikan ke laboratorium secara rutin setiap 2 minggu.
- c. Memperingatkan vendor karena kerjasama dinilai berjalan kurang baik.

7. Kesimpulan

Evaluasi KSO menunjukkan kontribusi negatif terhadap mutu pelayanan dan strategi RS. Sehingga Kerjasama operasional disarankan untuk memberi peringatan terlebih dahulu, dan apabila ternyata tetap tidak ada itikat baik untuk memperbaiki diri sebaiknya kersama operasional tidak dilanjutkan.

Malang, 20 Mei 2026

Yang Melaporkan,
Kepala Instalasi Laboratorium

dr. Ari Putriani, Sp. PK

Diketahui Oleh,
PLT Kepala Bidang Penunjang
Medis,

Sherly Rosita, S. Kep., Ns

Disetujui,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes