



Malang, 10 Juni 2026

Nomor : 1095/E-PNJ/DIR/VI/2026
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Hidrolik Meja Operasi Manual ke Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas sarana rumah sakit guna mendukung kelancaran pelayanan kepada pasien, bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan hidrolik meja operasi manual kepada pihak ketiga. Permohonan tersebut diajukan karena terjadi kerusakan pada komponen hidrolik sehingga meja operasi tidak dapat berfungsi secara optimal (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IPSRS



LAMPIRAN

 RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SAHABAT MENDU SEHAT

 PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 10 / 6 / 2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IKD

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Meja Operasi	Merk : Type : Nomor Seri : Warna : Lain - lain :	operating table ac - 3

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	Spare part yang rusak	
1. 2.	Hidrolik.	Bagian Hidrolik bocor saat digunakan. posisi selalu kembali turun. Rekomendasi : Dilakukan perbaikan ke pihak ke 3.
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,
Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes