



Yth.

1. Seluruh Kepala Ruang Rawat Inap
2. Seluruh Staf Ruang Rawat Inap

SURAT EDARAN
NOMOR : 1187/RSPHS/I-SE/DIR/XII/2023

TENTANG
PENGUNAAN USG GUIDING RAWAT INAP

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan penunjang penentuan diagnosa di rawat inap RS Prima Husada Sukorejo, maka disediakan alat USG *mobile* yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam guiding awal di rawat inap. Dalam penggunaannya disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Alat tersimpan di unit IRNA 3B, peminjaman alat wajib menuliskan di buku peminjaman dan sepengetahuan kepala ruang IRNA 3B
2. USG hanya digunakan sebagai guide awal untuk mempermudah dalam penentuan diagnosa
3. Pemindahan alat wajib sesuai dengan SPO terlampir

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat dijalankan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 1 Desember 2023
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS



Lampiran
Surat Edaran Penggunaan USG Guiding Rawat Inap
Nomor : 1187/RSPHS/I-SE/DIR/XII/2023

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MOBILISASI USG ZONCARE		
	No. Dokumen 1184/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2023	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 November 2023	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	
Pengertian	Mobilisasi <i>USG Zoncare</i> adalah tata cara perpindahan <i>USG Mobile Zoncare</i> antara unit/instalasi satu dengan instalasi lainnya.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam <i>mobilisasi USG Zoncare</i>		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 087.3/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
Prosedur	1. Konfirmasi peminjaman dengan Kepala Ruang IRNA 3B. 2. Tulis di buku peminjaman alkes di IRNA 3B. 3. Ambil USG di ruang Obat IRNA 3B. 4. Dorong USG Zoncare dengan troli yang tersedia (sudah melekat di alat USG). 5. Pastikan kabel USG tidak bergelantungan / terseret. 6. Pastikan Gel USG dan tisu tidak ketinggalan untuk dibawa. 7. Hati – Hati dalam mendorong troli USG dikarenakan troli agak kecil /jangan sampai roboh. 8. Rapikan USG dan bersihkan probe dari gel USG yang menempel dengan menggunakan tissue halus selesai digunakan. 9. Kembalikan USG ke tempat awal di Ruang Obat IRNA 3B. 10. Hati-hati dalam mengembalikan USG dengan cara mendorong USG.		
Unit Terkait	Seluruh Instalasi Rawat Inap		