

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1198/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2023

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 5 Bulan Desember Tahun 2023 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	NST
Merk/Type Alat	:	Bistos / BT 300
Ruang/Unit	:	IGD Ponok
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Mesin NST eror system saat di gunakan dan terkadang mati sendiri saat di pakai walau kondisi di colokkan ke Listrik.
Analisa	:	1. Setelah di bongkar terdapat kerusakan pada Board dan gerigi kertas dol.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 5 Desember 2023

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
			
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Heni Indra W, Ns, S.Kep, M.Kep)	(dr Ham Dwi Putri)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)




Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 1198.1/RSPHS/I-PM/IPSR/S/XII/2023

Tanggal	05 Desember 2023		
Pengajuan Dari Unit*	IGD Ponek		
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian NST yang Rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	NST	1 Unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Merekam detak jantung bayi dalam kandungan	
3.	Penempatan alat**	IGD Ponek	
4.	Merk/Tipe**	Bistos / BT 350	
5.	Spesifikasi**	BT 350	
Yang Mengajukan (Karu/DPJP)	Kabid Yanmed	Kabid PenMed	Direktur RS
 Angela Wensi	 Heni Indra W,Ns,S.Kep,M.Kep	 dr. Ham Dwika Putri	 dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
Mohon dilampirkan jumlah pasien PONEK → ibu hamil selama 3 bulan terakhir . " Indra (Kabid Pelayanan PHS) "			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



DOKUMENTASI





LAPORAN PASIEN PONEK 3 BULAN TERAKHIR

Bulan	Jumlah Pasien	Rujukan	Dirujuk
Oktober 2023	99	5	1
November 2023	92	11	-
Desember 2023	35	4	-