



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1420/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 23 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Tensi Analog
Merk/Type Alat	:	ABN (Blood Pressure Cuff)
Spesifikasi	:	254-406 MM
Ruang/Unit	:	Maternitas
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Katup pengatur udara tidak berfungsi.
Analisa	:	Kerusakan pada katup pengatur udara yang mengakibatkan kesulitan mengatur tekanan. (sudah melakukan perbaikan namun tidak bisa)
Perbaikan	:	Internal RS. (unit input di master billing)
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 23 Desember 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	24/12/2024 		24/12/2024 	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

