

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 025/RSPTS/1-BAC/IKO/1/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Coupler Alat Urs
Merk/Type Alat	:	Maxxer / F22 30.05.2210HD
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Alat Urs Coupler Lensa mengalami pengembunan di dalam,saat di gunakan sangat mengganggu Operasi.
Analisa	:	1. Setelah di Cek Oleh Vendor dari merk Maxxer di dapati kerusakan pada Coupler nya. 2. Kerusakan bisa di sebabkan karena factor usia alat.
Perbaikan	:	Internal Rs Eksternal RS (Maxxer)
Tanggapan Rumah Sakit	:	



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 10 Januari 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
			
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Heni Indra W, Ns, S.Kep, M.Kep)	(dr Ham Dwi Putri)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 025.11/RSPTS/1-PM/IKO/1/2024

Tanggal	10 Januari 2024		
Pengajuan Dari Unit*	IKO		
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Coupler URS yang Rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Coupler	1 Unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Memfokuskan gambar pada lensa URS Maxer	
3.	Penempatan alat**	IKO	
4.	Merk/Tipe**	Maxxer / F22 30.05.2210HD	
5.	Spesifikasi**	Maxxer / F22 30.05.2210HD	
Yang Mengajukan (Karu/DPJP) 4. (Ns.M. Lukman Hakim)		Kabid Yanmed (Heni Indra W, Ns, S. Kep, M. Kep)	Direktur RS (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



DOKUMENTASI





P.T. TRIADI LINTAS PERSADA
Medical and Laboratory Equipment Supplier

No : 011/TLP-M/I/2024

Jakarta, 10 Januari 2024

Kepada Yth :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan rumah sakit akan peralatan coupler, bersama ini kami tawarkan product tersebut Merk Maxer – Germany dengan kondisi sebagai berikut :

No	No.Katalog	Deskripsi	Jumlah	Harga Rp
1	30.05.2210HD	Coupler F=22mm HD with locking screw 	1 pc	Rp 33,991,667
Sub total				Rp 33,991,667
Diskon 40%				Rp 13,596,667
Total setelah diskon				Rp 20,395,000
PPn 11%				Rp 2,243,450
TOTAL				Rp 22,638,450

Harga : Sudah termasuk PPn 11%
Cara pembayaran : 40% pada saat PO di tempatkan
60% pada saat barang diterima dengan baik
Penyerahan barang : 8 – 12 Minggu setelah PO ditempatkan
Penawaran berlaku : 30 hari dari tanggal penawaran
Purna Jual : di Jamin

Demikian penawaran ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih dan jika diperlukan informasi lebih lanjut mengenai produk untuk tidak segan segan menghubungi kami di No Hp +62 81290228833 dengan Sdr. Anggit.

Hormat Kami,



Eka Nurhaela Sari
Marketing Support