

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR: 081/RSPHS/I-PM/RAD/II/2024

Tanggal		19-01-2024			
Pengajuan Dari Unit*		Radiologi			
Alasan Pengajuan		Proteksi Radiasi di IKO saat penggunaan C-Arm			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Aprone Radiologi 1 set	6	0	
	2.	Tabir Proteksi Radiasi (Timbal)	1	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Melindungi Petugas dari paparan radiasi 2. Melindungi Petugas yang tidak menggunakan apron dari paparan radiasi			
3.	Penempatan alat**	Ruangan IKO 4			
4.	Merk/Tipe**	1. Mengikuti pengadaan 2. Mengikuti pengadaan			
5.	Spesifikasi**	1. Apron : - Lead apron , tebal 0,5 mm Pb - Sarung tangan, tebal 0,5 mm Pb - Kacamata Pb, tebal 1 mm Pb - Pelindung tiroid Pb, tebal 1 mm Pb - Pelindung gonad Pb, tebal 0,5 mm Pb 2. Tabir Proteksi Radiasi (Timbal) : - Minimal 200 cm (t) x 100 cm (l) setara 2 mm Pb + kaca Pb, ukuran kaca sesuai kebutuhan, tebal 2 mm Pb.			
Yang Mengajukan Kabid Jangmed Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini dr. Ham Dwika Putri		Mengetahui Kabid Yanmed Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini Heni Indra W, S.Kep., N.s., M.Kep		Menyetujui Direktur RS Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

1. APRON RADIOLOGI 1 SET



2. TABIR TIMBAL

