

BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 076/RSPHS/I-BAC/IPSRs/I/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 19 Januari Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Ventilator
Merk/Type Alat	:	Mindray / E 5
Ruang/Unit	:	Perinatologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Hasil Kalibrasi dari Flow Sensor Fail
Analisa	:	1. Flow sensor sudah waktu nya di Ganti / Exp
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 19 Januari 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
			
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Heni Indra W, S. Kep, M. Kep)	(dr Ham Dwi Putri)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)




Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 076.1/RSPHS/I-PM/IPSR/S/I/2024

Tanggal	19 Januari 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Perinatologi				
Alasan Pengajuan	Penggantian Spare Part yang sudah Exp dan Tidak laik Pakai.				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Flow Sensor	1 Unit	0	Rusak
	2.				
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Sensor Udara dalam alat Ventilator Minday/Synoven			
3.	Penempatan alat**	ICU			
4.	Merk/Tipe**	1. Mindray / Synovent E 5			
5.	Spesifikasi**	1. Mindray / Synovent E 5			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (AYU MATANG P.)		 dr. Ham Dwika P	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

➤ Model Flow Sensor Mindray Synovent E-5

