

BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 094/RSPHS/I-BAC/IPSRs/II/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	CT Scan
Merk/Type Alat	:	Philips / 16 Slite
Ruang/Unit	:	CT Scan / Radiologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	➤ Kondisi Gantry Ct Scan Error
Analisa	:	➤ Kondisi Gantry tidak Bisa Konek / Tidak bisa bekerja dengan Normal.bisa di sebabkan karena Program Gantry dengan host tidak aktif. (Noted : Perlu pemanggilan Vendor Philips Terkait Tindak Lanjut dari Program Gantry nya.)
Perbaikan	:	➤ Internal Rs
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 23 Januari 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
			
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Heni Indra W, Ns, S.Kep, M.Kep)	(dr Ham Dwi Putri)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

