



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 289/RSPHS/I-BAC/IRNA 2B/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 4 Bulan Maret Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	➤ Manset Tensi pasien Monitor ➤ Stetoskope ➤ Temp Ampit
Merk/Type Alat	:	➤ Yonker ➤ Riester ➤ ThermoOne
Ruang/Unit	:	Irna 2B
Jumlah	:	➤ 1 Unit ➤ 1 Unit ➤ 1 Unit ➤
Keluhan / Kendala	:	➤ Manset Kondisi Bocor dan tidak laik Pakai ➤ Stetoskope Kondisi Patah ➤ Temp Kondisi mati total sudah ganti batrey tetap tidak nyala
Analisa	:	1. Manset Kondisi Bocor bisa di sebabkan factor Usia pakai yang sudah lama. 2. Stetoskope Kondisi patah bisa di sebabkan karena terlalu keras merengangkannya. 3. Temp mati total bisa di karenakan factor usia
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 4 Maret 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
 (Sulyanto Amd, Tekmed)	 (Heni Indra W, Ns, S.Kep, M.Kep)	 (dr Ham Dwi Putri)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

- Dokumentasi Manset pasien Monitor yang rusak / Bocor.



- Dokumentasi Temp Ampit




- Dokumentasi Stetoskope





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 289.1/RSPHS/I-PM/IRNA 2B/III/2024

Tanggal	08/03/2024				
Pengajuan Dari Unit*	IRNA 2B				
Alasan Pengajuan	Kerusakan Alat				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Manset Tensi Pasien Monitor	1		
	2.	Stetoskop	1		
	3.	Thermometer	1		
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Manset monitor untuk mengukur tekanan darah pasien 2. Stetoskop di gunakan untuk pemeriksaan fisik pasien 3. Thermometer untuk mengukur suhu tubuh pasien			
3.	Penempatan alat**				
4.	Merk/Tipe**	1. Yonker 2. Riester 3. ThermoOne			
5.	Spesifikasi**	1. Baru 2. Baru 3. Baru			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
Bagas surya amd,kep		dr. Ham Dwika P	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

- **Dokumentasi Manset Pasien Monitor yang rusak / bocor**



- **Dokumentasi Temp.Armpit**



- **Dokumentasi Stetoskop**

