



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 358.1 / RSPHS / 1-PM / UMM / 111 / 2024

Tanggal	12 Maret 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Driver Ambulance				
Alasan Pengajuan	Penggantian Regulator Oksigen Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Regulator Oksigen Tabung	2 Unit	0	Rusak
	2.				
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Oksigen Pada Pasien Yang di Rujuk			
3.	Penempatan alat**	Mobil Ambulance			
4.	Merk/Tipe**	1. Tergantung Pengadaan			
5.	Spesifikasi**	1. Tergantung Pengadaan			
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur		
 (Pangku)	 dr. Ham Dwika P	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS		
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 353/ 1- BAC / R.SPAU/ UMM/ 111 /2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 12 Maret Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Regulator Oksigen Tabung
Merk/Type Alat	:	-
Ruang/Unit	:	Ambulance
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Regulator Kondisi Patah
Analisa	:	1. Bisa Karena Kena Guncangan di dalam mobil Ambulance
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 Maret 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
			
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	(dr Ham Dwi Putri)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

