

NOTULEN

HARI / TANGGAL
JAM
ACARA
TEMPAT

: RABU / 13 MARET 2024
: 08.00 – 11.30 WIB
: SURVEI LOKASI PELAYANAN HEMODIALISIS
: R.O & Ruang HD

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Ruang R.O	1. Pengadaan exhause 2. Box Panel PLN 3. Titik air baku 4. Pintu 5. Distribusi ke HD/air	1. Kaca fentilasi copot dan di ganti exhause di tembok sesuai titik fentilasi kaca untuk exhause in 2 buah & out 2 buah, Suhu ruang di bawah 22 2. Ukuran dibuat 4x16 mm, Lampu butuh 6 saklar hidupkan silang, 3 phase, Tinggi 1,8 meter, 35 A 3. Air sumber harus dilakukan pengecekan air baku dulu lalu hasil di konsulkan, tandon air ada 3 yg bervolume 1.000 cc, pipa 4 dim tidak boleh terkena sinar matahari dan tertutup, 20 liter/menit, pembuangan di tampung dulu kepakai 30% dan ke buang 70% masuk tandon, air yg tidak terpakai bisa di buat siram-siram, flushing toilet, air pemadam kebakaran, cuci mobil, pvt Ø 1 4. Terbuat dari kayu, lebar buka tutup dua pintu 5. PVR Ø1	Tukang, pengadaan umum IPSRS, pengadaan umum IPAL, bagian umum, pengadaan Tukang Tukang
2.	Ruang Hemodialisa	1. Box panel untuk mesin HD 2. Merubah tempat selambu	a. 12.000 watt, MCCB 3P 25A, kabel 4x10 MM b. Colokan sendiri-sendiri atas 4 bawah 2 c. Untuk colokan bawah 1 phase, MCB 16A tiap mesin 6 buah a. 3 bed kiri, 3 bed kanan di ruang sisi kanan b. Ruang sisi kiri ruang Tindakan dan depo farmasi c. Bed pasien dengan mesin berjarak 1,5 meter	IPSRS Tukang

		3. Wastafel, re use	a. Tinggi 90 cm b. Lubang 40x40x60	Tukang
		4. Pintu di ruang dokter	a. Pintu pindah ke sisi kiri b. Pintu dirubah menjadi pintu geser	Tukang
		5. Exhaust	a. Di ruang belakang samping re use/ sesuai tanda	IPSRS
		6. Sekat /rak linen		
		7. wastafel	a. Peletakan samping depo farmasi	Tukang

Pimpinan Rapat

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

(Dr. dr.Aslichah, M.kes. AFP)

(Lidia Emilinda S.Tr.Keb.MMRS)

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS