

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 478/RSPHS/I-BAC/IPSR/IV/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 30 April Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Dental Unit
Merk/Type Alat	:	Tiara Dental (Pak Yuri)
Ruang/Unit	:	Poli Gigi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Kerja Dental Unit tidak maximal (Tekanan udara kurang maximal,Suctions dental sering ngowos,Highspeed bocor airnya)
Analisa	:	1. Selang dental unit banyak yang aus 2. Silk / Karet di dental unit sudah banyak yang keropos. 3. Kompresor tidak maximal 4. Penggunaan Dental Unit sudah Lebih dari 5 Tahun / Masa pakai dental unit sudah lama. Nb : Sebaiknya di ganti Dental Unit baru untuk pelayanan poli gigi yang maximal.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 30 April 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
			
(Sulyanto Amd,Tekmed)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti,Amd.AK.,S. Kes)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 478.1/RSPHS/I-PM/IPSR/IV/2024

Tanggal	30 April 2024		
Pengajuan Dari Unit*	Poli Gigi		
Alasan Pengajuan	Penggantian Dental Unit yang rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Dental Unit	1 Unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Operasional gigi di pelayanan Poli gigi	
3.	Penempatan alat**	Poli Gigi	
4.	Merk/Tipe**	Sesuai Pengadaan	
5.	Spesifikasi**	Sesuai Pengadaan	
Yang Mengajukan	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Direktur RS,
 (Hendi. wijayanto) ^{Stp.}	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Dwi Novianti,Amd.AK.,S.Kes)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



DOKUMENTASI

Dental Unit CX-9000

with new LED lamp

