

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 605/ RSPHS/ I-BAC/ IKO/ V/ 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Suctions Pump
Merk/Type Alat	:	One Med
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	2 Unit
Keluhan/Kendala	:	Suction kemasukan darah pada mesin sehingga macet di mesin.
Analisa	:	1. Macet pada mesin karena kemasukan darah
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 20 Mei 2024

Teknisi  (Sulyanto Amd TekMed)	Kabid Yanmed w/rm  (Heni Indra W.S.Kep,M.Kep)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 20/ 2024 5  (Restu Kurniawati, S.KM)	Direktur RSPHS  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
---	---	---	--




Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 603.V/RSPTS/I-PM/IKO/V/2024

Tanggal	20 Mei 2024		
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS		
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Suctions Yang rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Suctions Pump	2 Unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk menyedot cairan / darah	
3.	Penempatan alat**	1. IKO	
4.	Merk/Tipe**	Sesuai Pengadaan PT	
5.	Spesifikasi**	Sesuai Pengadaan PT	
Yang Mengajukan (Karu/DPJP)	Kabid Yanmed	Plt. Kabid Umum Dan Keuangan	Direktur RS
 (M. Lukman H-1)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Restu Kurniawati, S.KM)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



DOKUMENTASI

