

BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 658 | RSPHS | I - BAC | IPSRS | V | 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Tensimeter Digital
Merk/Type Alat	:	Tensimeter Digital
Ruang/Unit	:	Poli Spesialis
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Tensimeter kondisi mati total,sudah coba di kanibal dengan tensi lain masih tetap ndak bisa. Sejak tanggal 8 - Mei - 2024
Analisa	:	1. Kerusakan terjadi karena kondisi IC Power suplay tidak berfungsi / rusak.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	1. Lebih Baik Pengadaan Baru → Apabila Harga memungkinkan for Masalah dsantr IC.

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 29 Mei 2024

Teknisi  (Sulyanto,Amd Tek Med)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 30/5 2024  (Restu Kurniawati, S.KM)	Kabid Pelayanan Medis 4/6 24  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	Kabid Penunjang Medis 3/6 24  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	Direktur RSPHS  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
--	---	--	--	---



Dokumentasi

