




PENGAJUAN BARANG ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 048/I-PNJ/IPSR/II/2024

Tanggal		15 Januari 2024	
Pengajuan Dari Unit*		IPSR	
Alasan Pengajuan		Pengajuan Spare Part Alat Medis IKO	
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	O2 Cell	3 pcs
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	pengukuran dan pemantauan inspirasi dan konsentrasi O2 ekspirasi dalam anestesi	
3.	Penempatan alat**	IKO	
4.	Merk/Tipe**	Envitec / OOM 102-1	
5.	Spesifikasi**	model produk OOM102 Pengukuran jarak 0-100% oksigen Keluaran di udara sekitar 9 hingga 14mV Antarmuka listrik OOM102: 3pin (Molex 22-11-1031) OOM102-1:3,5mm Mono Jack Akurasi dan pengulangan <1% volume O2 saat kalibrasi dalam 100% oksigen Kesalahan linieritas <3% relatif Waktu merespon <12 detik, hingga 90% dari nilai akhir Tegangan Offset Nol <200uV dalam 100% nitrogen diterapkan setelah 5 menit Interferensi Silang <0,5% Vol.O2 menanggapi: 10% CO2 seimbang N2 80% N2O seimbang N2 7.5% halotan seimbang N2 7.5% isofluran seimbang N2 7.5% enflurane seimbang N2 9% Sevoflurane seimbang N2 20% desflurane seimbang N2 Pengaruh Kelembaban -0,03% relatif per% RH pada 25 Pengaruh Tekanan Sebanding dengan perubahan tekanan parsial oksigen Pengaruh dari kejutan mekanis <1% relatif setelah jatuh dari 1 meter Suhu Operasional 0 -50 Kompensasi suhu Kompensasi NTC bawaan Pengaruh Suhu antara +25 dan +40 , kesalahan relatif 3% Kompensasi (kondisi mapan) antara 0 ° C dan +50 ° C, 8% kesalahan relatif Kelembaban kerja 0-99% RH non-kondensasi Hanyut Keluaran Jangka Panjang <1% vol oksigen per bulan biasanya <-15% relatif selama seumur hidup Suhu penyimpanan -20 hingga +50 Suhu penyimpanan yang disarankan +5 +15 Direkomendasikan beban 10Ω Waktu pemanasan <30 menit, setelah penggantian sensor Kehidupan sensor yang dinilai 1 000 000% volume oksigen jam Berat kurang lebih 28 gram	




Yang Mengajukan (Karu/DPJP)	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Operasional	Direktur RS
 Fuat Krisnanto, AMd, TEM	 dr. Nur Mazidah	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, MMRS	 dr. Ekowati S.K.P., MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 12/01/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IIC




Perihal *) : ☐ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
	Kerusakan Anestesia	Kode Inventaris	:
		Merk	: Rueda
		Type	: wate ex - 30
		Nomor Seri	: K6 - 8300 21 47
		Warna	:
		Lain - lain	: putih

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 14/01/2024 2.	- rev. Sudah 0 volt - pemasangan O2 cell sejak 2020 - pengujian pembelian O2 cell "baru"
Spare part yang rusak	: O2 cell	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) ☒ Bukti foto kerusakan

☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (..... Diah) Ka. Unit	 (..... Petugas Alat) Petugas Alat	 (..... Ka. IPSRS) Ka. IPSRS	 (..... Kabid) Kabid	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 12/01/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Iko

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
	Persen Anestesi	Kode Inventaris	:
		Merk	:
		Type	:
		Nomor Seri	:
		Warna	:
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1.	- raw. sudah o vof - pemasangan O ₂ Cell sejak 2020 - pengaduan pembelian O ₂ Cell "baru"
14/1/2024	: 2.	
Spare part yang rusak	: O ₂ Cell	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
(Diah)	(Puri Indah)	(Puri Indah)	(Puri Indah)	
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid	Ka. Gudang Umum/ Farmasi
Iko				

*) Pilih (✓) salah satu.

