



PENGAJUAN BARANG ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 056/I-PNJ/IPSR/II/2024

Tanggal	16 Januari 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Pengajuan Spare Part Alat Medis SpO2 Cable IRNA 7A			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	SpO2 Cable YKD-Med Type YKD-1000 Plus	2 pcs	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Digunakan untuk mengukur kadar oksigen darah atau saturasi oksigen dalam darah		
3.	Penempatan alat**	IRNA 7A		
4.	Merk/Tipe**	SpO2 Cable YKD-Med Type YKD-1000 Plus		
5.	Spesifikasi**	SpO2 Cable YKD-Med Type YKD-1000 Plus a) OEM/ODMavailable b) Quality 100% assured, c) Superior flexibility and durability,Aluminum foils shielding, d) Ship directly e) Materials of connector and cable comply with UL and Rohs standards f) Technology process: cutting,welding,molding,assembly and testing g) Customizable and drawings are accepted		
Yang Mengajukan IPSR		Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan
Fuat Krisnanto, AMd, TEM		dr. Nur Mazidah	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, MMRS
Direktur RS				
dr. Ekowati S.K.P., MMRS				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN

SpO2 Cable YKD-Med Type YKD-1000 Plus





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 16/01/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : 2014 7A

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
	Infus Monitor	Kode Inventaris	:
		Merk	: TKD - MED
		Type	: TKD - 1000 Plus
		Nomor Seri	: 010 - 2012036
		Warna	:
		Lain - lain	: putih

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 16/01/24	- IV mati - Connector pin sudah rusak pengisian kembali SpO2 cable "baru"
Spare part yang rusak	: SpO2 Cable "terasa"	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
			
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid
			Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



REDMI NOTE 11 | EMS-FUAT

16/01/2024 10:02



REDMI NOTE 11 | EMS-FUAT

16/01/2024 10:02



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 16/01/2024

Tanggal Penarikan Alat :

Unit : IPK1676

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
	Patient monitor	Kode Inventaris	YFD 09ED
		Merk	YFD
		Type	YFD-1000 Plus
		Nomor Seri	0901905605
		Warna	putih
		Lain - lain	

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 16/1/24	- cable isolasi kepala - kabel - se sudah mati penggantian pembelian SpO2 cable baru
Spare part yang rusak	SpO2 cable "Euro"	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



REDMI NOTE 11 | FM6-FUAT

15/01/2024 10:11



REDMI NOTE 11 | FM6-FUAT

15/01/2024 10:11