



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 176/RSPHS/1-BAC/ICU/III/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	1. Ventilator
Merk/Type Alat	:	1. Mindray / SUV-300
Ruang/Unit	:	ICU
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Ventilator eror pada flow sensor nya sehingga ventilator dalam kondisi tidak bisa di gunakan.
Analisa	:	1 Setelah di lakukan pengecekan terdapat kerusakan pada flow sensornya dan harus di ganti flow sensor,saat di lakukan kalibrasi flow sensor tidak bisa bekerja sehingga alat venti tidak bisa di gunakan,karena ventilator hampir tiap hari di gunakan. Flow sensor masih bawaan alat ventilatornya blom pernah di ganti sejak pembelian.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,13 – 03 - 2026

Teknisi	PA Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 196.1 / P-PRU / 1 - PM / 144 / 11 / 2026

Tanggal	13 Maret 2026			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Penggantian Flow sensor ventilator yang rusak			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit
	1.	Flow sensor	1 Unit	0
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Flow sensor untuk mengukur kecepatan dan volume aliran gas (udara/oksigen) yang dihantarkan ke pasien (inspirasi) dan yang keluar (ekspirasi) secara real-time.		
3.	Penempatan alat**	1. Ventilator mindray / SUV 300		
4.	Merk/Tipe**	1. Ventilator mindray / SUV 300		
5.	Spesifikasi**	1. Flow sensor SN : 115 – 021461-00 92357725010044		
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur
 (Sulyanto AmdTekMed)	 (Wulandari)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	16/3  (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
Segera diupukan dan direadykan .				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				

DOKUMENTASI

