



BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 094/RSPHS/I-BAC/ILN/III/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh (IPSR/ATEM) pada Tanggal 14 Bulan Maret tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin Steril Kering
Merk/Type Alat	:	1. Memert / UNB 500 2. Memert / UN 260
Ruang/Unit	:	CSSD
Jumlah	:	2 Unit
Keluhan/Kendala	:	Steril panas tidak merata
Analisa	:	1. Steril kondisi panas tidak merata, setelah dilakukan pembongkaran dan pengecekan terdapat element nya ada yang putus, perlu di ganti element. 2. Memert UN 260 pembelian dari tahun 2019 dan pemakaian dalam sehari 7 kali memert UNB 500 pembelian dari tahun 2022 pemakaian sehari 5 kali. 3. Pada tahun 2024 pernah di ajukan penggantian dan blom di acc PT. 4. Uji Coba menggunakan dua indicator berbeda yang di letakkan di bagian atas dan bawah dengan suhu standart 160° memperoleh hasil berbeda. a. Memert UN260 - bagian atas normal dan bagian bawah tidak normal (gosong). b. Memert UNB 500 – bagian atas normal dan bagian bawah tidak normal / tidak panas.
Perbaikan	:	1. Internal RS. 2. Bisa di coba di lakukan perbaikan ke pihak luar / PT MedMax.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih
Pasuruan, 14 Maret 2026

Teknisi	Kabid Umum	Kabid Yan Med	Kabid Jang Med	Direktur
 (Sulyanto AMD TekMed)	 (Wulandari)	 (Ns.Siska Puspitasari, S.Kep)	 (Ns.Nur Lailatul Farida, S.Kep)	 (Ns.Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)



DOKUMENTASI

