

BERITA ACARA TELAAH PERALATAN MEDIS

Nama Barang / Fasilitas

: - Mikroskop operasi mata Merk Takagi Type OM-9
- NCT Merk Takagi Type SNT-700

Ruang / Unit

: Poli Mata

Jumlah


: 2 Unit alat

Telaah Peralatan Medis :

Pada tgl 7 – 04 – 2026 perawat poli mata (Firda) melaporkan terkait mikroskop operasi mata merk Takagi type OM-9 buram dan setelah saya lakukan pengecekan dan pembersihan lensa mikroskop,menurut saya kondisi mikroskop tidak buram dan lampu juga terang,akan tetapi menurut dr nurhadi mikroskop masih buram dan lampu tidak terang.

Untuk Alat NCT merk Takagi type SNT-700 terjadi kendala terkadang eye check menurut pengecekan saya alat perlu dilakukan kalibrasi oleh vendor,agar Alat kondisi standar kembali sesuai setelan pabrik. *Note : koordinasi dengan vendor terkait kendala. Perlu pengecekan alat dan komponen dalam*

Demikian berita acara telaah Alat Medis yang kami laporkan.

Teknisi,  (Sulyanto Amd, Tekmed)	 (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	Direktur RSPHS 13/4/26  (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)
---	--	--	--	--

DOKUMENTASI TELAAH

➤ Mikroskop operasin mata



NCT

