

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 252/RSPHS/1-BPC/IPSRS/IV/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 11 Bulan April Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Regulator Oksigen Tabung
Merk/Type Alat	:	GEA
Ruang/Unit	:	Irna 2A
Jumlah	:	1Unit
Keluhan/Kendala	:	Regulator Oksigen Tabung dalam kondisi patah bagian pemutar / besar kecilkan volume Oksigen yang di keluarkan.
Analisa	:	Regulator Oksigen Tabung dalam kondisi patah bisa di sebabkan karena regulator jatuh ke lantai.
Perbaikan	:	Internal RS
Tanggapan Rumah Sakit	:	Buat kronologi kejadian, yang bertanggung jawab atas kerusakan regulator patah

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 11 – 04 - 2026

Teknisi	Kabid Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)

DOKUMENTASI

