

BERITA ACARA KERUSAKAN




NOMOR : 235/ RSPHS/ I -BAC/ IPSRS/ IV/ 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 29 Bulan April Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. CT Scan
Merk/Type Alat	:	1. Philips / Access CT
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Ct Scan Kondisi gantry eror
Analisa	:	1 Ct Scan kondisi eror karena gantry nya bisa di sebabkan karena kegagalan pada system mekanis / putaran gantry tidak stabil, gangguan komunikasi data antara gantry dan komputer, karena Overheating pada tabung sinar – X, bisa juga karena suplay daya / power suplay.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 29 – 04 - 2026

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)
---	--	--	--	--

DOKUMENTASI

