




I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Edwin Eka Rahma,A.Md.Rad
2	Kejadian	Tube X-RAY CT Scan tidak dapat bekerja
3	Unit Kerja yang terlibat	Radiologi
4	Tanggal Kejadian	28 April 2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
28 April 2026	13.30	CT Scan dalam keadaan hidup dan terakhir digunakan jam 13.30 WIB sampai dengan selesai dan cetak hasil pemeriksaan CT Scan brain kontras yg mengerjakan petugas sift pagi pasien dengan rujukan dari Prima Husada Malang	Fikri
	14.10	Sift pagi operan dengan sift siang jika ada rencana CT Scan brain trauma rujukan dari RS Prima Husada Malang	Fikri dan khusnul
	15:30	Pasien datang ke Radiologi RS prima husada sukorejo dan petugas sift siang Edwin mengecek tube headnya di angka 7% dan Edwin melakukan pemanasan alat terlebih dahulu sampai dengan 13% dan menekan menu stop dan exit	Edwin
	15:35	Pasien di persilahkan masuk dan di posisikan terlebih dahulu atur titik central ct scan brain trauma	Edwin
	15:37	Kemudian setelah memposisikan pasien Edwin memulai proses penginputan data sesuai dengn permintaan pasien	Edwin
	15:40	Setelah memasukkan data pasien, kemudian melakukan scanning pertama dan normal saat mulai proses scanning kedua alat tersebut muncul warning eror 	Edwin
	15:45	Kemudian Edwin melaporkan ke PJ alat atau teman satu sift dengn dia bahwa CT Scan tidak bisa scanning	Edwin
	15:50	PJ alat memberikan bantuan bahwa ct scan eror dan muncul warning kembali 	Nanda
	15:55	PJ alat melaporkan kepada kepala ruang tersebut bahwa CT Scan eror	Nanda
	15:56	Kepala Ruang melaporkn tersebut kepada ATEM dan Kepala bidang penunjang	Dinda
	15:58	Dan setelah di cek oleh ATEM dan di coba untuk restart ulang masih eror dalam scanning	Pak suly



III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

Gantry system Eror

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Ka Instalasi Radiologi	Menunggu konfirmasi lanjutan dari Kabid dan PT	
Kabid Pelayanan Medik	- Ajukan perbaikan dan sampaikan Permohonan ke BPJS melalui Manda	
Kabid Umum	- Perbaikan dengan vendor koordinasi dengan Aten - Bersurat Kpd BPJS kes utk CT Scan off	
Kabid Penunjang Medik	koordinasi dgn ATEM u/ analisa perbaikan 2 problem	
SDM RS	Koordinasi dengan ATEM untuk mengetahui penyebab error.	

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns.,M.Kep

Pembuat Kronologi

(Edwin Eka Rahma,A.Md.Rad)

Catatan Direktur :